

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/Ա-106 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
56	PTT AUTOMATE 5	PTT AUTOMATE 5	PTT AUTOMATE 5	Diagnostica Stago	Ստարտ Մաքս վերլուծիչի համար նախատեսված Մ.Ա.Թ.Ժ 5 (Մասնակի ակտիվացված թրոմբինային ժամանակ) որոշման թեստ հավաքածու: Ֆորմատ` 1200 թեստ, եթե հետազոտությունը իրականացվի STart Max վերլուծիչի վրա` օգտագործելով ընկերության կողմից տրված SOP (standard operation procedure) փաստաթուղթը: Մեթոդ` մակարդեչիության ժամանակի որոշումը մածուցիկության չափման հիման վրա: QR կոդի և շտրիխ կոդի առկայություն: Ֆիրմային նշանի

				<p>առկայություն: Արտադրող ընկերության կողմից ներկայացված SOP (standard operation procedure) փաստաթղթի առկայություն: Ռեագենտը բացելուց հետո պահպանման պայմանները՝ 2-8°C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostics: Արտադրողի կողմից տրված որակի վերահսկման միջազգային հավաստագրեր՝ ISO 9001, ISO 13485, CE (Conformité Européene): Համապատասխան վերլուծիչը տրամադրվում և տեղադրվում է մատակարարի կողմից առնվազն 12 ամիս ժամկետով:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22 196
EYXU72P-2024/U-106 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
56					