

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեռն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/Ա-106 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
62	Control-Test M 50 strip	Control-Test M 50 strip	Control-Test M 50 strip	Roche Diagnostics	Կոմբուր ստուգիչ թեստ M (Control test M)՝ նախատեսված Urisys 1100 վերլուծչի համար: Ֆորմատ՝ 50 ստրիպ սրվակում: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն: For In Vitro Diagnostic only: Համապատասխան վերլուծիչը տրամադրվում և տեղադրվում է մատակարարի կողմից առնվազն 12 ամիս ժամկետով:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22 196
EYXU72P-2024/U-106 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
62					