ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարգ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ԿՄ-ՉԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/21 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ռենտգեն ախտորոշման համակարգ	Perlove	PLX-118F Digital	Perlove Medical	Բարձր հաճախականության շարժական թվային c-աղեղ համակարգ հարթ դինամիկ դետեկտորով Ունի հետևյալ գործառույթները՝ ավտոմատ պուլս ֆլյուրոսկոպիա , թվային ռադիոգրաֆիա , ավտոմատ շարունակական ֆլյուրոսկոպիա, ընտրովի ֆլյուրոսկոպիա ։ Տեխնիկական բնութագիր Մոնոբլոկ և գեներատոր Ինտեգրված, բոլորը մեկում դիզայն, «պատկերի ստացման և նախնական մշակման աշխատանքային կայան և աղեղը մեկ սարքի մեջ»: Կիզակետերը՝

						0.3/1.5: Անոդի ջերմային հզորությունը ՝ 47000 ՋՄ: Անոդի նպատակային անկյունը 15 աստիճան Խողովակի ջերմային հզորությունը ՝ 867000 ՋՄ: Գեներատորի հզորությունը ՝ 5000 Վտ: Ինվերտորի հաճախականություն ՝ 110000 Hz: Ինհերենտ ֆիլտրացիայի ցուցանիշը 3մմ Ներկառուցված ճառագայթների կոլիմատորը էլեկտրական, գծային սիմետրիկ և իրիս տիպի, պտտվող բոլոր ուղղություններով : Կիզակետի տատանումը միջային առանցքից 0,9մմ Շարունակական ֆլյուրոսկոպիան Ռեժիմները ՝ ձեռքով և ավտոմատ Խողովակի լարումը ՝ 40 կՎ ~ 120 կՎ տիրույթում : Խողովակի հոսանքը ՝ 0.3 մԱ ~ 4 մԱ տիրույթում: Պայծառության ավտոմատ կարգավորման գործառույթի առկայություն: Պուլս ֆլյուրոսկոպիա Խողովակի լարումը 40 կՎ ~ 120 կՎ: Խողովակի հոսանք ՝ 0.3 մԱ ~ 30 մԱ: Ռադիոգրաֆիայի ռեժիմ Խողովակի լարումը ՝ 40 կՎ 120 կՎ: Ռադիոգրաֆիկ խողովակի հոսանքը ՝ 25 մԱ ~ 100 մԱ: Ռադիոգրաֆիաի

						մԱվ ցուցանիշի կարգաբերումը 1.0 մԱվ ~ 280 մԱվ տիրույթում, 50 մԱվ քայլով: Ճառագայթների կոլիմատորը էլեկտրական, գծային սիմետրիկ և իրիս տիպի, պտտվող բոլոր ուղղություններով : Էլեկտրասնուցումը Էլեկտրամատակարարման լարումը՝ միաֆազ 220 Վ ± 20 Վ : Էլեկտրամատակարարման հաճախականությունը՝ 50 Հց ± 1 Հց: Պատկերի թվային դինամիկ ընդունիչ Պատկերի թվային հարթ դետեկտոր՝ 9*9 դույմ, 1024*1024 պիքսել, երեք դաշտով՝ 9, 6 և 4.5 դույմ : Դետեկտորի տարլուծումը 2,5 զգ/մմ: Դետեկտիվ քվանտային արդյունավետության ցուցանիշը 74%: Մատրիցայի լուծաչափը 1024 x1024 պիքսել: Մատրիցայի տիպը դինամիկ, ցեզիումի յոդիդ/ամորֆ սիլիցիում Պիքսելի չափսը 140 մկմ Ներկառուցված լազերային համադրման ցուցիչ, խաչաձև, դետեկտորի և ճառագայթիչի կողմից: Ներկառուցված ռենտգեն դոզաչափ ալգորիթմ, դոզայի ավտոմատ կարգավորման համար: Կլանիչ գծային ցանցի տեղադրման

						հնարավորություն, ցանցը 10։1, խտությունը 80գիծ/սմ DAP դոզավորման ցուցանիշի արտացոլում էկրանին Պատկերի ստացման և նախնական մշակման աշխատանքային կայան Գրանցում, գրանցման պահպանում, բժշկական գրառումների հերթական ցուցակ, աշխատանքային ցուցակ: Ռետրոսպեկտիվ գործառույթի առկայություն DSA անգիոգրաֆիկ գործառույթի հնարավորություն Ոսկրերի պատկերի ընդգծման գործառույթի առկայություն Հիվանդի տվյալների կառավարում Հաշվետվություն, պահպանում, նախադիտում, փորձագիտական ձևանմուշի կցում: DICOM ֆունկցիա՝ DICOM3.0 փնտրում, DICOM ցանց: 2.4.6 միաժամանակ ցուցադրված կենդանի պատկերներ և մի քանի պահպանված պատկերներ: Մեխանիկական մաս Աղեղի առաջ և հետ շարժում 200 մմ: Աղեղի պտույտ հորիզոնական առանցքի շուրջ ՝ ± 180 °: Աղեղի պտույտ ուղղահայաց առանցքի շուրջ ՝ ± 15 °: Աղեղի կիզակետային հեռավորությունը ՝ 1000 մմ: C-Աղեղի բացվածքը ՝ 800

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿՄ-ՅԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/21 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	ռենտգեն ախտորոշման համակարգ	Perlove	PLX-118F Digital	Perlove Medical	Բարձր հաճախականության շարժական թվային C-աղեղ համակարգ հարթ դիմադիմ Միացքիչներ 4 հատ , արտանարգ հրամայական ինտերֆեյսի կոճակ: 19 դույմ անկյունագծով ինտեգրված բժշկական դասի հեղուկ բյուրեղային էկրան, ստեղծված ընտրովի ֆլյուրոսկոպիա : Տեխնիկական բնութագրի Մոնոբլոկ և գեներատորի Համեգրված, բոլորը մեկուսի դիզայն, «պատկերի ստացման և նախնական մշակման աշխատանքային կայան և աղեղը մեկ սարքի մեջ»: Կրզակետերը

Բարձր հաճախականության շարժական թվային C-աղեղ համակարգ հարթ դիմադիմ Միացքիչներ 4 հատ , արտանարգ հրամայական ինտերֆեյսի կոճակ: 19 դույմ անկյունագծով ինտեգրված բժշկական դասի հեղուկ բյուրեղային էկրան, ստեղծված 360 աստիճան, լուծաչափը 1920x1080 պիքսել, առավելագույն պայծառությունը ՝ 250 կնդ/մ2 , ռիտմի անկյունը (հորիզոնական/ուղղահայաց ուղղություն) 170°/170°: Առանձին աշխատանքային կայան և աղեղը մեկ սարքի մեջ»: Կրզակետերը վերջնական մշակման համար, 19 մմ: C-Աղեղի կիզակետային խորությունը ՝ 660 մմ: Աղեղի սահքը ուղղահայաց առանցքի շուրջ ՝ + 90 ° - 50 ° տիրույթում: Աղեղի սահքը հորիզոնական դաշտում 200մմ Աղեղի սյունի էլեկտրական բարձրացում 400 մմ: Ուղղորդող անիվը պտտվում է ցանկացած ուղղությամբ, իսկ հիմնական անիվը ± 90 °: Մոնիտորը պտտման տիրույթը հենակի վրա 300 °: Կառավարման վահանակի էկրանը հպումային, 7 դույմ անկյունագծով, անատոմիական ծրագրերի ընտրությամբ: Ներկառուցված DVD-RW սկավառակի ձայնագրիչ, USB դետեկտորով ունի հետևյալ գործառույթները՝ ավտոմատ պռնկ ֆլյուրոսկոպիա՝ թվային ռադիոգրաֆիա՝ ավտոմատ շարունակական ֆլյուրոսկոպիա, ընտրովի ֆլյուրոսկոպիա : Տեխնիկական բնութագրի Մոնոբլոկ և գեներատորի Համեգրված, բոլորը մեկուսի դիզայն, «պատկերի ստացման և նախնական մշակման աշխատանքային կայան և աղեղը մեկ սարքի մեջ»: Կրզակետերը վերջնական մշակման համար, 19

					Ներկառուցված լազերային համադրման ցուցիչ, խաչաձև, դետեկտորի և ճառագայթիչի կողմից: Ներկառուցված ռենտգեն դոզաչափ ալգորիթմ, դոզայի ավտոմատ կարգավորման համար: Կլանիչ գծային ցանցի տեղադրման

						հնարավորություն, ցանցը 10։1, խտությունը 80գիծ/սմ DAP դոզավորման ցուցանիշի արտացոլում էկրանին Պատկերի ստացման և նախնական մշակման աշխատանքային կայան Գրանցում, գրանցման պահպանում, բժշկական գրառումների հերթական ցուցակ, աշխատանքային ցուցակ: Ռետրոսպեկտիվ գործառույթի առկայություն DSA անգիոգրաֆիկ գործառույթի հնարավորություն Ոսկրերի պատկերի ընդգծման գործառույթի առկայություն Հիվանդի տվյալների կառավարում Հաշվետվություն, պահպանում, նախադիտում, փորձագիտական ձևանմուշի կցում: DICOM ֆունկցիա՝ DICOM3.0 փնտրում, DICOM ցանց: 2.4.6 միաժամանակ ցուցադրված կենդանի պատկերներ և մի քանի պահպանված պատկերներ: Մեխանիկական մաս Աղեղի առաջ և հետ շարժում 200 մմ: Աղեղի պտույտ հորիզոնական առանցքի շուրջ ՝ ± 180 °: Աղեղի պտույտ ուղղահայաց առանցքի շուրջ ՝ ± 15 °: Աղեղի կիզակետային հեռավորությունը ՝ 1000 մմ: C-Աղեղի բացվածքը ՝ 800

						մմ: C-Աղեղի կիզակետային խորությունը ՝ 660 մմ: Աղեղի սահքը ուղղահայաց առանցքի շուրջ ՝ + 90 ° □ - 50 ° տիրույթում: Աղեղի սահքը հորիզոնական դաշտում 200մմ Աղեղի սյունի էլեկտրական բարձրացում 400 մմ: Ուղղորդող անիվը պտտվում է ցանկացած ուղղությամբ, իսկ հիմնական անիվը ± 90 °: Մոնիտորը պտտման տիրույթը հենակի վրա 300 °: Կառավարման վահանակի էկրանը հպումային, 7 դույմ անկյունագծով, անատոմիական ծրագրերի ընտրությամբ: Ներկառուցված DVD-RW սկավառակի ձայնագրիչ, USB Միակցիչներ 4 հատ , արտակարգ իրավիճակների կոճակ: 19 դյույմ անկյունագծով ինտեգրված բժշկական դասի հեղուկ բյուրեղային էկրան, պտտվող 360 աստիճան, լուծաչափը 1920x1080 պիքսել, առավելագույն պայծառությունը ՝ 250 կնդ/մ2 , դիտման անկյունը (հորիզոնական/ուղղահայաց ուղղություն) 170°/170°: Առանձին աշխատանքային կայան պատկերի վերջնական մշակման համար, 19

						դյույմ անկյունագծով երկու բժշկական դասի էկրանի առկայություն, սինխրոն աշխատանք պատկերի ստացման կայանի հետ: Առանձին աշխատանքային կայանի գործառույթները պատկերի ձեռքբերում, ձայնագրություն, վերսկսում, հորիզոնական հայելային փոխարկում, ուղղահայաց հայելային փոխարկում, պատուհանի կարգավորում, խոշորացույց, դրական/բացասական պատկերի շրջում, եզրերի բարելավում, ռեկուրսիվ աղմուկի նվազեցում , ընդհանուր պատկերի խոշորացում, երկու չորս և ինը պատկերի միաժամանակյա ցուցադրում, սրացում, տեքստի անոտացիա, երկարության չափում: Լրակազմում ոտքի անջատիչ (ֆլյուրոսկոպիա, ռադիոգրաֆիա և պատկերի պահպանում) , Արտակարգ իրավիճակների կոճակ , ռադիոգրաֆիայի ձեռքի կոճակ, և լիարժեք աշխատանքի համար անհրաժեշտ բոլոր պարագաները: Ինտերֆեյսը ռուսերեն: Սարքը նոր է, չօգտագործված, 2024թ

					արտադրության, երաշխիքը 24 ամիս: Մատակարարը ապահովում է սարքի մատակարարումը, տեղադրումը, անձնակազմի ուսուցումը: Արտադրողի կողմից մատակարարին տրված հավաստագիր նամակ սույն ծածկագրով գնանշման հարցմանը մասնակցելու և մատակարարման մասին: Արտադրողի կողմից մատակարարին տրված հավաստագիր մասնագետների սերտիֆիկացման մասին Արտադրողի կողմից մատակարարին տրված ճառագայթային անվտանգության հավաստագիր Որակի և անվտանգության ապահովման սերտիֆիկատների պարտադիր առկայություն ISO 9001, ISO 13485, IEC 60601-1-2 A1:2004, IEC 61223-3-1, ISO 14001, CE