

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ս.Ա.Վ. ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/112 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Սրտի աշխատանքի հսկողության սարք	Սրտի աշխատանքի հսկողության սարք	Սրտի աշխատանքի հսկողության սարք	Սրտի աշխատանքի հսկողության սարք	ԷՍԳ շարժական : Ձայնագրող ԷՍԳ արտածումներ. 12 ստանդարտ արտածումներ : Ձայնագրող կանալներ. 1/3-ի օգտագործողի ընտրությամբ : Թվային դիսփլեյ. անկյունագիծը ոչ պակաս քան 8" : Արտածումների փոխումը. ձեռքով և ավտոմատ : Չգայունություն, մմ / մվ` ոչ պակաս քան 5, 10, 20, ավտոմատ : Կարգաբերման ազդանշան. ավտոմատ և ձեռքով : ԷՍԳ չափումներ` բոլոր արտածումները, միջին, ճշգրտված HR- ի միջին RR PR- ի միջակայքում QRS տևողություն QT ընդմիջում և QTc

միջակայք, առավելագույն R [V5]
կամ [V6] և S [V1, Սոկոլով-Լիոն
ինդեքս P, R, T առանցք :
Հաճախականությունների սահմանը,
Hz ախտորոշիչ. Դեֆիբրիլյացիայի
պաշտպանություն ըստ AAMI / IEC
60601-2-25: 2011 ստանդարտներ :
Չֆիլտրացված՝ ոչ պակաս քան
0,05... 150 Հց : Ձայնագրիչ. INOP-ի
կառավարումն անկախ
յուրաքանչյուր էլեկտրոդի և
պեյսմեյկերի հայտնաբերման
համար : Ձայնագրման եղանակը՝
ջերմային թուղթ Տարլուծումը
առնվազն՝ 8 կետ / մմ : Ձայնագրող
թուղթ՝ ոչ պակաս քան 210մմ x 30մմ :
Ձայնագրման արագությունը՝ մմ /
վրկ՝ 5 /10 / 25/50 օգտագործողի
կողմից ընտրելի :Ներքին
վերալիցքավորվող մարտկոց :
Մարտկոցի գործարկման
ժամանակը. ոչ պակաս քան 90
րոպե : Միացման ձևը՝ ստանդարտ
կամ կաբրերա : Ավտոմատ EՍԳ
վերլուծության և առիթմիայի
ճանաչման գործառույթի
առկայություն:
Էլեկտրասրտագրությունների
ավտոմատ մեկնաբանության

առկայություն : Էլեկտրոսնուցումը ` 220 Վ / 50 Հց : Ռուսերեն և անգլերեն մենյուի առկայություն : Աքսեսուարներ : 1. Հիվանդի մալուխ : 2. Կրծքավանդակի վերջույթների 6 էլեկտրոդ : 3. 4 վերջույթների էլեկտրոդներ : 4. 1 շիշ ԷՍԳ գել : 5. 2 թղթի փաթույթ : Լրակազմ և պարագաներ : Տեղադրում և մեկնարկ : Աշխատակազմի ուսուցում տեղում : Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն : Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված : Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար : Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս : Որակի վկայականներ (առկայություն) : ISO13485 կամ համարժեք : CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք Եթե առկա են հղումներ ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, եսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կիրառական է «կամ համարժեք»

արտահայտությունը:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО С.А.В. ГРУП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧРЧ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/112 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Սրտի աշխատանքի հսկողության սարք	Սրտի աշխատանքի հսկողության սարք	Սրտի աշխատանքի հսկողության սարք	Սրտի աշխատանքի հսկողության սարք	ԷՍԳ շարժական : Ձայնագրող ԷՍԳ արտածումներ. 12 ստանդարտ արտածումներ : Ձայնագրող կանալներ. 1/3-ի օգտագործողի ընտրությամբ : Թվային դիսփլեյ. անկյունագիծը ոչ պակաս քան 8" : Արտածումների փոխումը. ձեռքով և ավտոմատ : Չգայունություն, մմ / մվ՝ ոչ պակաս քան 5, 10, 20, ավտոմատ : Կարգաբերման ազդանշան. ավտոմատ և ձեռքով : ԷՍԳ չափումներ՝ բոլոր արտածումները, միջին, ճշգրտված HR- ի միջին RR PR- ի միջակայքում QRS տևողություն QT ընդմիջում և QTc

միջակայք, առավելագույն R [V5]
կամ [V6] և S [V1, Սոկոլով-Լին
ինդեքս P, R, T առանցք :
Հաճախականությունների սահմանը,
Hz ախտորոշիչ. Դեֆիբրիլյացիայի
պաշտպանություն ըստ AAMI / IEC
60601-2-25: 2011 ստանդարտներ :
Չֆիլտրացված՝ ոչ պակաս քան
0,05... 150 Հց : Ձայնագրիչ. INOP-ի
կառավարումն անկախ
յուրաքանչյուր էլեկտրոդի և
պեյսմեյկերի հայտնաբերման
համար : Ձայնագրման եղանակը՝
ջերմային թուղթ Տարլուծումը
առնվազն՝ 8 կետ / մմ : Ձայնագրող
թուղթ՝ ոչ պակաս քան 210մմ x 30մմ :
Ձայնագրման արագությունը՝ մմ /
վրկ՝ 5 /10 / 25/50 օգտագործողի
կողմից ընտրելի :Ներքին
վերալիցքավորվող մարտկոց :
Մարտկոցի գործարկման
ժամանակը. ոչ պակաս քան 90
րոպե : Միացման ձևը՝ ստանդարտ
կամ կաբրերա : Ավտոմատ EՍԳ
վերլուծության և առիթմիայի
ճանաչման գործառույթի
առկայություն:
Էլեկտրասրտագրությունների
ավտոմատ մեկնաբանության

առկայություն : Էլեկտրոսնուցումը ` 220 Վ / 50 Հց : Ռուսերեն և անգլերեն մենյուի առկայություն : Աքսեսուարներ : 1. Հիվանդի մալուխ : 2. Կրծքավանդակի վերջույթների 6 էլեկտրոդ : 3. 4 վերջույթների էլեկտրոդներ : 4. 1 շիշ ԷՍԳ գել : 5. 2 թղթի փաթույթ : Լրակազմ և պարագաներ : Տեղադրում և մեկնարկ : Աշխատակազմի ուսուցում տեղում : Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն : Սարքավորումը պետք է լինի նոր, չօգտագործված : Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար : Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս : Որակի վկայականներ (առկայություն) : ISO13485 կամ համարժեք : CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք Եթե առկա են հղումներ ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, եսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կիրառական է «կամ համարժեք»

արտահայտությունը: