ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ԷԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/08 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	վիրաբուժական դանակներ	վիրաբուժական դանակներ	վիրաբուժական դանակներ	վիրաբուժական դանակներ	Հարմոնիկ դանակի համակարգ, լրակազմում առնվազն հարմոնիկ գեներատոր, ոտքի անջատիչ երկու պեդալով, կառավարման համակարգ առնվազն 7 դույմ գունավոր հպումային կառավարմամբ էկրանով Հզորությունը առնվազն 150 Վտ Աշխատանքային հաճախականությունը 55.5±0.5 կՀց Փոխարկիչի միակցիչը Lemo43 տիպի Ոտքի անջատիչին պաշտպանության դասը առնվազն IPX8 Անվտանգության ստանդարտը առնվազն GB9706.1-2007 Որակի և համապատասխանության

					ստանդարտներ առկայություն առնվազն CE, ISO13485, IEC60601-1-2, CISPR11"

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԷԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/08 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	վիրաբուժական դանակներ	վիրաբուժական դանակներ	վիրաբուժական դանակներ	վիրաբուժական դանակներ	Հարմոնիկ դանակի համակարգ, լրակազմում առնվազն հարմոնիկ գեներատոր, ոտքի անջատիչ երկու պեդալով, կառավարման համակարգ առնվազն 7 դույմ գունավոր հպումային կառավարմամբ էկրանով Հզորությունը առնվազն 150 Վտ Աշխատանքային հաճախականությունը 55.5±0.5 կՀց Փոխարկիչի միակցիչը Lemo43 տիպի Ոտքի անջատիչին պաշտպանության դասը առնվազն IPX8 Անվտանգության ստանդարտը առնվազն GB9706.1-2007 Որակի և համապատասխանության

					ստանդարտներ առկայություն առնվազն CE, ISO13485, IEC60601-1-2, CISPR11"