

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեգսերվիս ՍՊԸ-ն ԱԲԿ ԷԱԱՊՁԲ 25/4 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
42	Ակկու-Չեկ Ինստանտ թեստ- երիզներ	Accu-Chek INSTANT	ROCHE Diagnostics	Ակկու-Չեկ Ինստանտ շաքարաչափ սարքի համար Նախատեսված թեստ երիզ: Փաթեթավորումը գործարանային տուփով՝ 50 հատ: Թեստ-երիզների ժամկետը չի փոխվում անկախ տուփի բացման պայմանից: Մատակարարման պահին մնացորդային պիտանիության ժամկետը 12 ամիս: Չափման արագություն՝ < 4 վրկ: Չափման միջակայքը՝ 0,6 -33.3 մմոլ/լ: Արյան նմուշի ծավալը՝ 0,6մկլ: Սարքը պետք է ունենա սեղմակ թեստ-երիզը անվտանգ հեռացնելու համար: Մասնակիցը կներկայացնի որակի սերտիֆիկատ տվյալ խմբաքանակի համար արտադրող գործարանի կողմից: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO13485: Որակի սերտիֆիկատներ՝ ISO15197:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ДЕЗСЕРВИС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦРЧ ЕЦЦТQR 25/4 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
42		Accu-Chek INSTANT	ROCHE Diagnostics	Тест-полоски для сахаромера Акку-Чек Инстант. Упаковка в заводской упаковке: 50 шт. Срок годности тест-полосок не меняется независимо от условий вскрытия коробки. Оставшийся срок годности - 12 месяцев. Скорость измерения: < 4 сек. Диапазон измерения: 0,6-33,3 ммоль/л. Объем образца крови: 0,6 мкл. Устройство должно иметь зажим для безопасного извлечения тест-полоски. Участник предоставит сертификат качества на данную партию. Сертификаты качества: ISO13485. Сертификаты качества: ISO15197.