

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեգսերվիս ՍՊԸ-ն ԱԲԿ ԷԱԱՊՁԲ 25/4 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 42 | Ակկու-Չեկ Ինստանտ թեստ- երիզներ | Accu-Chek INSTANT | ROCHE Diagnostics | Ակկու-Չեկ Ինստանտ շաքարաչափ սարքի համար Նախատեսված թեստ երիզ: Փաթեթավորումը գործարանային տուփով` 50 հատ: Թեստ-երիզների ժամկետը չի փոխվում անկախ տուփի բացման պայմանից: Մատակարարման պահին մնացորդային պիտանիության ժամկետը 12 ամիս: Չափման արագություն` < 4 վրկ: Չափման միջակայքը` 0,6 -33.3 մմոլ/լ: Արյան նմուշի ծավալը` 0,6մկլ: Սարքը պետք է ունենա սեղմակ թեստ-երիզը անվտանգ հեռացնելու համար: Մասնակիցը կներկայացնի որակի սերտիֆիկատ տվյալ խմբաքանակի համար արտադրող գործարանի կողմից: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO15197: |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ДЕЗСЕРВИС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦРЧ ЕЦЦТQR 25/4 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | |
|------------|------------------------|-------------------|----------------------------|--|
| | фирменное наименование | товарный знак | наименование производителя | технические характеристики |
| 42 | | Accu-Chek INSTANT | ROCHE Diagnostics | Тест-полоски для сахаромера Акку-Чек Инстант. Упаковка в заводской упаковке: 50 шт. Срок годности тест-полосок не меняется независимо от условий вскрытия коробки. Оставшийся срок годности - 12 месяцев. Скорость измерения: < 4 сек. Диапазон измерения: 0,6-33,3 ммоль/л. Объем образца крови: 0,6 мкл. Устройство должно иметь зажим для безопасного извлечения тест-полоски. Участник предоставит сертификат качества на данную партию. Сертификаты качества: ISO13485. Сертификаты качества: ISO15197. |