

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ԱԲԿ ԷԱԱՊՁԲ 25/4 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
42	Roche Diabetes Care	Accu-Chek Instant	Roche Diabetes Care	Ակկու-Չեկ Ինստանտ շաքարաչափ սարքի համար Նախատեսված թեստ երիզ: Փաթեթավորումը գործարանային տուփով` 50 հատ: Թեստ-երիզների ժամկետը չի փոխվում անկախ տուփի բացման պայմանից: Մատակարարման պահին մնացորդային պիտանիության ժամկետը 12 ամիս: Չափման արագություն` < 4 վրկ: Չափման միջակայքը` 0,6 -33.3 մմոլ/լ: Արյան նմուշի ծավալը` 0,6մկլ: Սարքը պետք է ունենա սեղմակ թեստ-երիզը անվտանգ հեռացնելու համար: Մասնակիցը կներկայացնի որակի սերտիֆիկատ տվյալ խմբաքանակի համար արտադրող գործարանի կողմից: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO15197:







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦРЧ ЕЦЦТQR 25/4 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
42				