

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐ ԶԻ ԸՆԴ ԷՅ ԶԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ԱԲԿ ԷԱԱՊԶԲ 25/4 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի   |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|--|
|                 | Ֆիրմային անվանումը   | ապրանքային նշանը   | արտադրողի անվանումը                                | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 42              | Մեդիասքրին MediScreen 10/Մեզի մեջ գյուկոզի, արյան, սպիտակուցի, pH, կետոնների, տեսակարար կշռի, նիտրիտների, լեյկոցիտների, ուռուլոբինիգենի — բիլիռուբինի որոշման թեսթ ստրիպների հավաքածու | Մեդիասքրին MediScreen 10/Մեզի մեջ գյուկոզի, արյան, սպիտակուցի, pH, կետոնների, տեսակարար կշռի, նիտրիտների, լեյկոցիտների, ուռուլոբինիգենի — բիլիռուբինի որոշման թեսթ ստրիպների հավաքածու | Ռուսաստան, Հնդկաստան, Չինաստան, Ուկրաինա, Բելոռուս | Ակկու-Չեկ Ինստանտ շաքարաչափ սարքի համար նախատեսված թեստ երիզ: Փաթեթավորումը գործարանային տուփով` 50 հատ: Թեստ-երիզների ժամկետը չի փոխվում անկախ տուփի բացման պայմանից: Մատակարարման պահին մնացորդային պիտանիության ժամկետը 12 ամիս: Չափման արագություն` < 4 վրկ: Չափման միջակայքը` 0,6 -33.3 մմոլ/լ: Արյան նմուշի ծավալը` 0,6մկլ: Սարքը պետք է ունենա սեղմակ թեստ-երիզը անվտանգ հեռացնելու համար: Մասնակիցը կներկայացնի որակի սերտիֆիկատ տվյալ խմբաքանակի համար արտադրող գործարանի կողմից: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO15197: |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ԱՐ ՋԻ ԸՆԴ ԷՅ ՋԵՅ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱԲԿ ԷԱԱՊՁԲ 25/4  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар        |               |                               |                            |
|------------|---------------------------|---------------|-------------------------------|----------------------------|
|            | фирменное<br>наименование | товарный знак | наименование<br>производителя | технические характеристики |
| 42         |                           |               |                               |                            |