

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Ռիտա Գասպարյան -ն ԱԲԿ ԷԱԱՊԶԲ 25/4 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
87	ջերմաչափեր	ջերմաչափեր	Քենյեռն	<p>Ջերմաչափ որը նախատեսված է մարմնի ջերմաստիճանը չափելու համար: Չափման միջակայքը՝ 32- 42.9 °C: Ճշգրտություն՝ 35.5-42.0(±0.2°C): Սարքի Էկրանը պետք է լինի մեծ՝ առնվազն 10 x 25 մմ և զոնդը պարտադիր մանրեագերծման ենթական: CE սերտիֆիկատի առկայություն: Սարքը պետք է համապատասխանի Եվրոպական 2007/47/EC դերեկտիվներին: Երաշխիքային ժամկետ: CE սերտիֆիկատի առկայություն:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Рита Гаспарян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱԲԿ ԷԱԱՊՁԲ 25/4 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
87	ջերմաչափեր	ջերմաչափեր	Քելյեռն	Ջերմաչափ որը նախատեսված է մարմնի ջերմաստիճանը չափելու համար: Չափման միջակայքը՝ 32- 42.9 °C: Ճշգրտություն՝ 35.5-42.0(±0.2°C): Սարքի էկրանը պետք է լինի մեծ՝ առնվազն 10 x 25 մմ և զոնդը պարտադիր մանրէազերծման ենթական: CE սերտիֆիկատի առկայություն: Սարքը պետք է համապատասխանի Եվրոպական 2007/47/EC դերեկտիվներին: Երաշխիքային ժամկետ: CE սերտիֆիկատի առկայություն: