

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Ռիտա Գասպարյան -ն ԱԲԿ ԷԱԱՊՁԲ 25/4 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 87 | ջերմաչափեր | ջերմաչափեր | Քենյեռն | <p>Ջերմաչափ որը նախատեսված է մարմնի ջերմաստիճանը չափելու համար: Չափման միջակայքը՝ 32- 42.9 °C: Ճշգրտություն՝ 35.5-42.0(±0.2°C): Սարքի Էկրանը պետք է լինի մեծ՝ առնվազն 10 x 25 մմ և զոնդը պարտադիր մանրեագերծման ենթական: CE սերտիֆիկատի առկայություն: Սարքը պետք է համապատասխանի Եվրոպական 2007/47/EC դերեկտիվներին: Երաշխիքային ժամկետ: CE սերտիֆիկատի առկայություն:</p> |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Рита Гаспарян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱԲԿ ԷԱԱՊՁԲ 25/4 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | |
|------------|------------------------|---------------|----------------------------|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | наименование производителя | технические характеристики |
| 87 | ջերմաչափեր | ջերմաչափեր | Քեկյեռն | Ջերմաչափ որը նախատեսված է մարմնի ջերմաստիճանը չափելու համար: Չափման միջակայքը՝ 32- 42.9 °C: Ճշգրտություն՝ 35.5-42.0(±0.2°C): Սարքի եկրանը պետք է լինի մեծ՝ առնվազն 10 x 25 մմ և զոնդը պարտադիր մանրեագերծման ենթական: CE սերտիֆիկատի առկայություն: Սարքը պետք է համապատասխանի Եվրոպական 2007/47/EC դերեկտիվներին: Երաշխիքային ժամկետ: CE սերտիֆիկատի առկայություն: |