

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դելտա ՍՊԸ-ն ՍԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/13 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
84	Mg	Mg	Mindray	<p>"Մագնեզիումի որոշման թեստ հավաքածու Նախատեսված Mindray BS-200, BS-120 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար տարրայում թեստերի քանակը 113թեստ: Փաթեթավորում` Mindray BS-200, BS-120 վերլուծիչների համար նախատեսված թափանցիկ տարայով: Օգտագործման ձեռնարկում ունենա Mindray BS-200, BS-120 ծրագրավորելու սխեման: Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով Նմուշ` արյան սիճուկ/պլազմա Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն: Պահպանման պայմաններ` 2-8 C ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only լրակազմ=թեստ"</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQF4-EMXU72F-25/13 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
84	Mg	Mg	Mindray	"Մագնեզիումի որոշման թեստ հավաքածու նախատեսված Mindray BS-200, BS-120 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար տարրայում թեստերի քանակը 113թեստ: Փաթեթավորում՝ Mindray BS-200, BS-120 վերլուծիչների համար նախատեսված թափանցիկ տարայով: Օգտագործման ձեռնարկում ունենա Mindray BS-200, BS-120 ծրագրավորելու սխեման: Ծրագրավորումը իրականացվի արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով և մուշ` արյան սիճուկ/պլազմա Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի 75% առկայություն: Պահպանման պայմաններ` 2-8 C ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For IVD use only լրակազմ=թեստ"