

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դելտա ՍՊԸ-ն ՍԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/14 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	Uric ACID	Uric ACID	Mindray	<p>"Միզաթթվի որոշման թեստ-հավաքածու նախատեսված Mindray BS-120 և BS-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար տարայում թեստերի քանակը 147 թեստ: Փաթեթավորում` Mindray BS-120 և BS-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար նախատեսված տարայով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա: Պահպանման պայմանները` Ռեակտիվները 2-8 C պայմաններում պահվում են մինչև փաթեթի վրա նշված ժամկետը, իսկ փաթեթավորումը բացելուց հետո ռեակտիվները 2-10C պայմաններում պահվում են առնվազն 8 շաբաթ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For In Vitro Diagnostic only լրակազմ"</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQF4-EMXU72F-25/14 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
6	Uric ACID	Uric ACID	Mindray	"Միզաթթվի որոշման թեստ-հավաքածու նախատեսված Mindray BS-120 և BS-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար տարայում թեստերի քանակը 147 թեստ: Փաթեթավորում՝ Mindray BS-120 և BS-200 ավտոմատ բիոքիմիական վերլուծիչների համար նախատեսված տարայով: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա: Պահպանման պայմանները՝ Ռեակտիվները 2-8 C պայմաններում պահվում են մինչև փաթեթի վրա նշված ժամկետը, իսկ փաթեթավորումը բացելուց հետո ռեակտիվները 2-10C պայմաններում պահվում են առնվազն 8 շաբաթ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: ISO 9001 և ISO 13485 սերտիֆիկատների առկայություն: For In Vitro Diagnostic only լրակազմ"