

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/16-4-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
89	Բոստոն Սայենտիֆիկ	Բոստոն Սայենտիֆիկ Sterling	Sterling Բոստոն Սայենտիֆիկ	Բոստոն Սայենտիֆիկ	Դիլատացիոն կաթետեր` ընդլայնվող գնդանոթով և չնդլայնվող գնդանոթով, կախված ցուցումից, պերիֆերիալ անոթների համար: Կաթետերի երկարությունը 70սմ-ից 150սմ սահմաններում: Մուտքի ծայրի տրամագիծը ոչ ավել` 0,035'' ուղղորդիչի դեպքում 0,038'', 0.018'' ուղղորդիչի դեպքում` 0,020'', 0.014'' ուղղորդիչի դեպքում` 0,017'': Կախված վիրահատվող անոթի տրամագծի չափից կաթետերի պահանջվող չափերն են ըստ երկարության` 0,035'' ուղղորդիչի դեպքում 20-200մմ սահմաններում

ընդլայնվող գնդանոթի պարագայում
և 20-150մմ սահմաններում,
չընդլայնվող գնդանոթի
պարագայում: 0.018" ուղղորդիչի
դեպքում 5-200մմ սահմաններում
ընդլայնվող գնդանոթի պարագայում
և 10-150մմ սահմաններում
չընդլայնվող գնդանոթի
պարագայում: 0.014" ուղղորդիչի
դեպքում 5-200մմ սահմաններում
ընդլայնվող գնդանոթի պարագայում
և 1,5-6մմ սահմաններում
չընդլայնվող գնդանոթի
պարագայում: Նոմինալ ճնշումը ոչ
պակաս 6 ատմ., մաքսիմալ ճնշումը
ոչ պակաս 14 ատմ. ընդլայնվող
գնդանոթի պարագայում: Նոմինալ
ճնշումը ոչ պակաս 12 ատմ.,
մաքսիմալ ճնշումը ոչ պակաս 22
ատմ. կախված տրամագծից
չընդլայնվող գնդանոթի
պարագայում: Կախված անոթի
վնասված մասի չափից կաթետերի
պահանջվող չափերն են ըստ
տրամագծի՝ 0,035" ուղղորդիչի
դեպքում 3-10մմ սահմաններում
երկու դեպքում էլ (ընդլայնվող և
չընդլայնվող կաթետեների
դեպքում), 0.018" ուղղորդիչի

				<p>դեպքում 3-10մմ սահմաններում ընդլայնվող գնդանոթի պարագայում, և 2-8մմ սահմաններում՝ չընդլայնվող գնդանոթի պարագայում, 0.014” ուղղորդիչի դեպքում՝ 1,5-6մմ սահմաններում ընդլայնվող գնդանոթի պարագայում և 2-7մմ սահմաններում՝ չընդլայնվող գնդանոթի պարագայում: Բոլոր չափսերի թույլատրելի տատանումը $\pm 1\%$: Ֆորմատ՝ հատ: CE MARK որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Ар-Медика в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊՁԲ-2025/16-4-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
89	Բոստոն Սայենտիֆիկ	Բոստոն Սայենտիֆիկ Sterling	SterlingԲոստոն Սայենտիֆիկ	Բոստոն Սայենտիֆիկ	Դիլատացիոն կաթետեր՝ ընդլայնվող գնդանոթով և չնդլայնվող գնդանոթով, կախված ցուցումից, պերիֆերիալ անոթների համար: Կաթետերի երկարությունը 70սմ-ից 150սմ սահմաններում: Մուտքի ծայրի տրամագիծը ոչ ավել՝ 0,035'' ուղղորդիչի դեպքում 0,038'', 0.018'' ուղղորդիչի դեպքում՝ 0,020'', 0.014'' ուղղորդիչի դեպքում՝ 0,017'': Կախված վիրահատվող անոթի տրամագծի չափից կաթետերի պահանջվող չափերն են ըստ երկարության՝ 0,035'' ուղղորդիչի դեպքում 20-200մմ սահմաններում

ընդլայնվող գնդանոթի պարագայում
և 20-150մմ սահմաններում,
չընդլայնվող գնդանոթի
պարագայում: 0.018" ուղղորդիչի
դեպքում 5-200մմ սահմաններում
ընդլայնվող գնդանոթի պարագայում
և 10-150մմ սահմաններում
չընդլայնվող գնդանոթի
պարագայում: 0.014" ուղղորդիչի
դեպքում 5-200մմ սահմաններում
ընդլայնվող գնդանոթի պարագայում
և 1,5-6մմ սահմաններում
չընդլայնվող գնդանոթի
պարագայում: Նոմինալ ճնշումը ոչ
պակաս 6 ատմ., մաքսիմալ ճնշումը
ոչ պակաս 14 ատմ. ընդլայնվող
գնդանոթի պարագայում: Նոմինալ
ճնշումը ոչ պակաս 12 ատմ.,
մաքսիմալ ճնշումը ոչ պակաս 22
ատմ. կախված տրամագծից
չընդլայնվող գնդանոթի
պարագայում: Կախված անոթի
վնասված մասի չափից կաթետերի
պահանջվող չափերն են ըստ
տրամագծի՝ 0,035" ուղղորդիչի
դեպքում 3-10մմ սահմաններում
երկու դեպքում էլ (ընդլայնվող և
չընդլայնվող կաթետեների
դեպքում), 0.018" ուղղորդիչի

				<p>դեպքում 3-10մմ սահմաններում ընդլայնվող գնդանոթի պարագայում, և 2-8մմ սահմաններում՝ չընդլայնվող գնդանոթի պարագայում, 0.014” ուղղորդիչի դեպքում՝ 1,5-6մմ սահմաններում ընդլայնվող գնդանոթի պարագայում և 2-7մմ սահմաններում՝ չընդլայնվող գնդանոթի պարագայում: Բոլոր չափսերի թույլատրելի տատանումը $\pm 1\%$: Ֆորմատ՝ հատ: CE MARK որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն:</p>
--	--	--	--	---