

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դելտա ՍՊԸ-ն ՄՏԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/6 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |                        |   |
|--------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|---|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 10                 | G-col                 | G-col               | Delta Ltd              | <p>Գյուկոզայի որոշման համար նախատեսված հավաքածու GLUCOSE` նախատեսված BA88A բիոքիմիական վերլուծիչի համար: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/: Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը 200 թեստ:):</p> <p>Գյուկոզայի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»:</p> |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом USP4-ЕԱՃԱՊՁԲ-25/6 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |                            |   |
|------------|------------------------|---------------|----------------------------|---|
|            | фирменное наименование | товарный знак | наименование производителя | технические характеристики  |
| 10         | G-col                  | G-col         | Delta Ltd                  | <p>Գլյուկոզայի որոշման համար նախատեսված հավաքածու GLUCOSE` նախատեսված BA88A բիոքիմիական վերլուծիչի համար: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/: Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը 200 թեստ:):</p> <p>Գլյուկոզայի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»:</p> |

