

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարզ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/16-2-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
79	ՄՌՏ հետազոտությունների անցկացման համար ականջի խցան	BDS PPE GROUP	BDS PPE GROUP	BDS PPE GROUP CO., LTD,	<p>Մագնիսառեզոնանսային սարքով հետազոտությունների ժամանակ աղմուկը իլացնելու համար նախատեսված ականջի խցաններ:</p> <p>Աղմուկի իլացման բարձր ԷՖՖեկտիվություն առնվազն 33dB հաճախականության համար:</p> <p>Օգտագործվում է ինչպես ականջակալների հետ, այնպես էլ առանձին: Մեկանգամյա օգտագործման: Փափուկ, հիպոալերգեն նյութից: ՄՌ հետազոտությունների հետ համատեղելի, անվտանգ: Պարտադիր համատեղելիություն</p>

				համալսարանական հիվանդանոցում շահագործվող Brivo MR355 մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆի հետ: Ֆորմատ՝ հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊՁԲ-2025/16-2-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
79	ՄՌՏ հետազոտությունների անցկացման համար ականջի խցան	BDS PPE GROUP	BDS PPE GROUP	BDS PPE GROUP CO., LTD,	Մազնիսառեզոնանսային սարքով հետազոտությունների ժամանակ աղմուկը իլյացնելու համար նախատեսված ականջի խցաններ: Աղմուկի իլյացման բարձր էֆֆեկտիվություն առնվազն 33dB հաճախականության համար: Օգտագործվում է ինչպես ականջակալների հետ, այնպես էլ առանձին: Մեկանգամյա օգտագործման: Փափուկ, հիպոալերգեն նյութից: ՄՌ հետազոտությունների հետ համատեղելի, անվտանգ: Պարտադիր համատեղելիություն

				համալսարանական հիվանդանոցում շահագործվող Brivo MR355 մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆի հետ: Ֆորմատ՝ հատ: Նոր E, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն:
--	--	--	--	--