

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարզ Ֆարմացիա ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/16-2-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
80	Մազնիսոռեզոնանսային կարդիոգրաֆիկ հետազոտությունների համար նախատեսված կաչուն Էլեկտրոդ	Ceracarta	Ceracarta	Ceracarta S.P.A Իտալիա	Բարձր ադիեզիվության կաչուն մակերեսով Էլեկտրոդ: Չի պահանջում մաշկի նախապատրաստում օգտագործելուց առաջ: Մաքուր արդյունքների համար հատուկ ազդեցատացված տվիչի առկայություն: ՄՌ հետազոտությունների հետ համատեղելի է, անվտանգ: Ռադիո-ճառագայթների հանդեպ կիսաթափանցիկ: Պատրաստված է փակ ծակոտիներով նյութից, որը անանցանելի է հեղուկների համար: Պարտադիր համատեղելիություն

				համալսարանական հիվանդանոցում շահագործվող Brivo MR355 մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆի հետ: Ֆորմատ՝ հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն:
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Марг-Фармация ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊՁԲ-2025/16-2-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
80	Մազնիսոռնեզոնասսային կարդիոգրաֆիկ հետազոտությունների համար նախատեսված կաչոն էլեկտրոդ	Ceracarta	Ceracarta	Ceracarta S.P.A Իտալիա	Բարձր ադիեզիվության կաչոն մակերեսով էլեկտրոդ: Չի պահանջում մաշկի նախապատրաստում օգտագործելուց առաջ: Մաքուր արդյունքների համար հատուկ ագրեգատացված տվիչի առկայություն: ՄՌ հետազոտությունների հետ համատեղելի է, անվտանգ: Ռադիո-ճառագայթների հանդեպ կիսաթափանցիկ: Պատրաստված է փակ ծակոտիներով նյութից, որը անանցանելի է հեղուկների համար: Պարտադիր համատեղելիություն

				համալսարանական հիվանդանոցում շահագործվող Brivo MR355 մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆի հետ: Ֆորմատ՝ հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն:
--	--	--	--	--