

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԷՔՍՏՐԱ ՍՈԹՈՐՍ» ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/18 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	VTC-100A	Zhengzhou TCH Instrument Co., Ltd	<p>Սարքի կառուցվածքը. Իրանը ճուլածո այլումինից, պտտման կայունության ապահովման համար, Հեղուկ սկավառակը պիտի պատրաստված լինի պոլիպրոպիլենից, քայքայիչ նյութերին դիմակայելու համար, Դրենաժային ելքը և վակուումային պոմպի միակցիչը պիտի գտնվեն հետևի վահանակի վրա, Սարքը պիտի ներառի կեղտաջրերի հոսքը դեպի պոմպ կանխելու համար նախատեսված առնվազն մեկ ֆիլտր: Խցիկ և վակուումային կցորդ.</p> <p>Խցիկի տրամագիծը՝ առնվազն 145 մմ, Սարքը պիտի ներառի պոլիպրոպիլենային հակակոռոզիոն վակուումային կցորդի 3 կոմպլեկտներ տարբեր չափսերի վակուումային օղակներով՝ առնվազն 1 դյույմ, 2 դյույմ և 4 դյույմ չափսերով, Սարքը պիտի ներառի 1 կտոր կաշուն ժապավեն (6 դյույմ L x 24 դյույմ Ե) անկանոն ձևի ենթաշերտերը ծածկելու համար, Սարքը պիտի ներառի մինի-ներծծող բաժակներ 1 դյույմից պակաս տրամագծով փոքր տակդիրների համար կամ սովորական (5x5 մմ, կամ 10x10 մմ) կամ անկանոն ձևերով տակդիրների հետ աշխատանքը ապահովելու համար: Վակուումային պոմպ. Պոմպի տեսակը՝ անյուղ, Պոմպը</p>

			<p>պիտի ներառի վակուումային ռետինե խողովակ, Լարում՝ 220 Վ, Դուրս մղման արագություն՝ առնվազն 120լ/րոպե: Պտտման արագություն և ժամանակ. Թվային կառավարման վահանակ նախատեսված առնվազն 2 ծրագրավորվող հատվածներով տարբեր պտույտի ժամանակների և արագությունների կարգավորման համար, Պտտման արագություն՝ առնվազն 500 - 8000 պտույտ/րոպե, Պտտման ժամանակը՝ առնվազն 1 - 60 վրկ, Սարքը պիտի ներառի շարժիչ. Շարժիչի տեսակը՝ հաստատուն հոսանք, Աշխատանքային լարումը՝ 24 Վ, Հզորությունը՝ առնվազն 150 Վտ, Սարքը պիտի ներառի հեղուկի ներարկման համակարգ. Համակարգը պետք է ունենա առնվազն 20 մլ ներարկիչ ծածկույթի լուծիչը պարունակելու համար նախատեսված, Ներարկիչի բռնիչի բարձրությունը պետք է լինի կարգավորվող և ազատորեն պտտվի աջակցող ձողի երկայնքով: Սարքը պիտի ներառի. Պլաստիկ ապակե ծածկ շահագործման անվտանգության համար նախատեսված, Վակուումային պոմպի միացման խողովակ, Ջրահեռացման խողովակ ջրի ելքի համար: Մուտքայի լարում՝ 24 Վ, 100-240 փոփոխական հոսանքի փոխակերպիչով առնվազն 150 Վտ: Չափսեր՝ 13(Ե) x 10(L) x 8.5(Բ) դյույմ: Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի: Սարքը պիտի ունենա CE certificate Եվրոպական ստանդարտներին համապատասխան:</p>
--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ЭКСТРА МОТОРС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БНЗ-ЕЦΔΥΠΖΡ-25/18 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
1			