

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅ.ԷՍ.ՖԱՐՄԱ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/16-4-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Terumo	Ryurei	.	Terumo	Դիլատացիոն կաթետեր՝ ընդլայնվող գնդանոթով (բալոն ընդլայնվող գնդանոթով): Կաթետերի երկարությունը՝ ոչ պակաս, քան՝ 145սմ: Բալոնը եռաթև, որը թույլ է տալիս ճնշման արագ բարձրացումը բալոնի մեջ: Մուտքի ծայրի տրամագիծը ոչ ավել, քան 0.41մմ՝ 1.0-1.5մմ-ի բալոնի դեպքում, ոչ ավել, քան 0.43մմ՝ մնացած չափերի բալոնների դեպքում: Ծածկույթը հիդրոֆիլիկ: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից կաթետերի պահանջվող չափերն են

ըստ տրամագծի՝ 1.0մմ;1.25մմ;1.5մմ;
2.0մմ; 2.25մմ; 2.5մմ; 2.75մմ; 3.0մմ;
3.25մմ; 3.5մմ; 3.75մմ; 4.0մմ,
Նոմինալ ճնշումը ոչ պակաս, քան՝
608ԿՊա, մաքսիմալ ճնշումը՝ 1.0-ից
3.0 մմ տրամագծերի դեպքում՝ ոչ
պակաս, քան՝ 1419ԿՊա, 3.25մմ-ից
4.0մմ տրամագծի դեպքում՝ ոչ
պակաս, քան՝ 1216ԿՊա: Կախված
անոթի վնասված մասի չափից
կաթետերի պահանջվող չափերն են
ըստ երկարության՝ 5մմ; 10մմ; 15մմ;
20մմ; 30մմ; 40մմ: Ֆորմատ՝ հատ:
Ցանկացած մատակարարված
խմբաքանակի համար CE MARK կամ
FDA որակի վկայականների
առկայությունը պարտադիր է: Նոր է,
չօգտագործված, գործարանային
ստերիլ փաթեթավորմամբ:
Ներառում է տեխնիկական
ցուցանիշները,
առանձնահատկությունները և
օգտագործման կանոնները՝
գործարանային ձեռնարկի ձևով:
Հանձնելու պահին ամբողջ
պիտանելիության ժամկետի
առնվազն 70%-ի առկայություն:
Պատվիրատուն իրավունք ունի ըստ
անհրաժեշտության վերադարձնել

					կամ փոխել ապրանքի չափսը այլ չափսով, եթե առկա է ապրանքի ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ը:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙ.ЭС.ФАРМА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-2025/16-4-БПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Terumo	Ryurei	.	Terumo	Дилатационный катетер с расширяющейся пушкой (баллон с расширяющейся пушкой). Длина катетера - не менее 145 см. Баллон трехконечный, что позволяет быстро повысить давление в баллоне. Входной диаметр не более 0,4 мм для баллонов 1,25 мм и не более 0,42 мм для баллонов других размеров. Покрытие - гидрофильное. В зависимости от анатомических особенностей оперируемого сосуда, необходимые размеры катетеров по диаметру составляют 1.25мм;1.5мм; 2.0мм;

				<p>2.25мм; 2.5мм; 2.75мм; 3.0мм; 3.5мм; 4.0мм, номинальное давление не менее 608 кПа, максимальное давление при диаметре от 1,25 до 3,0 мм - не менее 1419кПа, при диаметре от 3,5 мм до 4,0 мм - не менее 1216 кПа. В зависимости от размера поврежденной части сосуда требуемые размеры катетеров по длине 10 мм; 15 мм; 20 мм; 30 мм; 40 мм. Формат: шт. CE MARK или FDA сертификат качества требуется для любой поставленной партии. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке.</p> <p>Включить технические характеристики, спецификации и правила использования в виде заводского руководства. Наличие по крайней мере 70% полного срока годности на момент доставки. Заказчик имеет право вернуть или заменить размер товара другим при необходимости, при условии наличия по крайней мере 50% от всего срока годности товара.</p>
--	--	--	--	---