

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅ.ԷՍ.ՖԱՐՄԱ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/16-4-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
36	Terumo	Introducter Femoral 5fr	.	Terumo	Պետական պատվերով ստենտավորման ծառայությունների մատուցման նպատակով ձեռք բերվող ինտրոդյուսեր: Ինտրոդյուսեր կոմպլեկտ ֆեմորալ 5Fr չափսի- պարունակում է` ինտրոդյուսեր 10սմ ($\pm 2\%$) ծայրի երկարությամբ, 0.038" տրամագծով վայեր, 18 G ասեղով: Դիլատորի անցումը շիթին բարձր ճշգրտության, որը թույլ է տալիս առանց լրացուցիչ միջամտության (օր. նշտարի սայրի) ընկղմել ինտրոդյուսերը արյունատար անոթի մեջ: Ֆորմատ` հատ: Ցանկացած

				<p>մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙ.ЭС.ФАРМА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПЗР-2025/16-4-БПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
36	Terumo	Introdufcer Femoral 5fr	.	Terumo	Интродьюсер, приобретаемый для предоставления услуг стентирования в рамках гос. заказа. Интродьюсер комплект феморальный размера 5Fr, содержит Интродьюсер длиной наконечника не более 10 см ($\pm 2\%$), ваер диаметром 0,038 ", с иглой 18G. Переход дилатора на спринцовку высокой точности, позволяющий погружать Интродьюсер в кровеносный сосуд без дополнительных вмешательств (например, лезвия скальпеля). Формат: шт. CE MARK или FDA

				<p>сертификат качества требуется для любой поставленной партии. Новый, неиспользованный, в заводской стерильной упаковке. Включить технические характеристики, спецификации и правила использования в виде заводского руководства. Наличие по крайней мере 70% полного срока годности на момент доставки.</p>
--	--	--	--	---