

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅ.ԷՍ.ՖԱՐՄԱ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/16-4-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 56 | Terumo | Optitorque | . | Terumo | Ախտորոշիչ կաթետեր՝ ինվազիվ պրոցեդուրաների համար: Ախտորոշիչ կաթետերի պահանջվող չափը՝ 5Fr: Ներքին տրամագիծը՝ 1.20մմ: Արտաքին տրամագիծը 5Fr/1.70մմ: Կախված վիրահատվող անոթի անատոմիական առանձնահատկություններից՝ աշխատանքային երկարությունը 100 սմ, 125սմ; վայերի անցողունակությունը՝ 0.038" (0.97 մմ): Ծայրի ձևը՝ սիմ տեսակի: Բոլոր չափսերի թույլատրելի տատանումը՝ ± 2%: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>FDA որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է:</p> <p>Ֆորմատ՝ հատ: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ:</p> <p>Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով:</p> <p>Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն:</p> <p>«Բնակչությանը պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում գլխուղեղի սուր և/կամ ենթասուր իշեմիկ կաթվածների թրոմբոլիտիկ բուժման և մեխանիկական թրոմբեկտոմիա ծառայությունների մատուցման նպատակով ձեռք բերվող ապրանք»:</p> |
|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙ.ЭС.ФАРМА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПЗР-2025/16-4-БПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|--|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 56 | Terumo | Optitorque | . | Terumo | Диагностический катетер для инвазивных процедур. Требуемый размер диагностического катетера: 5Fr. Внутренний диаметр: 1,20 мм. Внешний диаметр 5Fr/1,70 мм. Рабочая длина 100 см, 125см; шаг проволоки: 0,038 дюйма (0,97 мм). Форма наконечника: сим-тип. Допустимое колебание размеров: $\pm 2\%$. Для каждой поставляемой партии требуется маркировка CE или сертификат качества FDA. Формат: шт. Новый, неиспользованный, стерильный в заводской упаковке. В комплект |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>входит технические показатели, особенности и правила применения в виде заводской инструкции. Наличие не менее 50% от всего срока годности на момент поставки. «Изделие, приобретаемое в целях оказания тромболитической терапии острого и/или подострого ишемического инсульта и оказания услуг механической тромбэктомии в рамках бесплатной медицинской помощи и гарантированных государством услуг населению»</p> |
|--|--|--|--|---|