

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅ.ԷՍ.ՖԱՐՄԱ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/16-4-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
62	Penumbra	Revascularisation Device	.	Penumbra	"Ստենտ/ռետրիվերը նախատեսված է սուր իշեմիկ ինսուլտի ժամանակ արյան հոսքը վերականգնելու նպատակով գլխուղեղի խցանված անոթներից թրոմբի հեռացման համար: Ցանցի երկարությունը 26մմ, աշխատանքային երկարությունը 20մմ, տրամագիծը 4,5 մմ: Բոլոր չափսերի թույլատրելի տատանումը` $\pm 2\%$ : Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար CE MARK կամ FDA որակի վկայականի առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային

ստերիլ փաթեթավորմամբ:  
Ներառում է տեխնիկական  
ցուցանիշները,  
առանձնահատկությունները և  
օգտագործման կանոնները՝  
գործարանային ձեռնարկի ձևով:  
Հանձնելու պահին ամբողջ  
պիտանելիության ժամկետի  
առնվազն 50%-ի առկայություն:  
«Բնակչությանը պետության կողմից  
երաշխավորված անվճար բժշկական  
օգնության և սպասարկման  
շրջանակներում գլխուղեղի սուր  
և/կամ ենթասուր իշեմիկ  
կաթվածների թրոմբոլիտիկ բուժման  
և մեխանիկական թրոմբեկտոմիա  
ծառայությունների մատուցման  
նպատակով ձեռք բերվող ապրանք»:  
Պարտադիր պայման է  
հանդիսանում՝ մասնակիցը հայտով  
ներկայացնում է՝ապրանքը  
արտադրողի կողմից ներկայացվող  
ավտարիզացիոն նամակ  
(երաշխիքային-լիազոր նամակ):  
Պարտադիր պայման է  
հանդիսանում՝ մասնակիցը  
պայմանագրի կատարման փուլում  
ներկայացնում է՝ ապրանքը  
արտադրողի կողմից ներկայացվող

					ծագման սերտիֆիկատ և համապատասխանության հավաստագիր: "
--	--	--	--	--	--



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ЭЙ.ЭС.ФАРМА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПЗР-2025/16-4-БПР< ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
62	Penumbra	Revascularisation Device	.	Penumbra	"Стент/ретривер предназначен для удаления тромбов из заблокированных сосудов головного мозга с целью восстановления кровотока во время острого ишемического инсульта. Длина сети 26 мм, рабочая длина 20 мм, диаметр 4,5 мм. Допуск всех размеров: ± 2%. Сертификат качества CE MARK или FDA является обязательным для любой поставляемой партии. Новый, неиспользованный, в стерильной заводской упаковке. Включает технические характеристики,

				<p>характеристики и инструкции по использованию в виде заводского руководства. Наличие не менее 50% от полного срока годности на момент поставки. «Изделие, приобретаемое в целях оказания тромболитической терапии острого и/или подострого ишемического инсульта и оказания услуг механической тромбэктомии в рамках бесплатной медицинской помощи и гарантированных государством услуг населению».</p> <p>Обязательным условием является: Участник подает вместе с заявкой:</p> <p>1. Доверенность, предоставленная производителем изделия (гарантийное письмо-доверенность). Обязательным условием является, участник при заключении договора предоставляет: 1.сертификат происхождения, сертификат соответствия, представляемый производителем продукции. "</p>
--	--	--	--	--