

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ինտերմեդի Գրուպ ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/4 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
60	Medtronic ICD VR MRI	Medtronic ICD VR MRI	ICD	Medtronic	<p>"Իմպլանտացվող միախոռոչանի կարդիովերտեր-դեֆիբրիլյատոր, ՄՌՏ համատեղելիությամբ:</p> <p>Կոնսեկտորի տիպը DF1/ DF4:</p> <p>Օժտված է փորոքների խթանումը կառավարող էքսկյուզիվ ռեժիմով (MVP) , ATP ""painfree"", Smart shock ֆունքցիաներով, նախասրտային թերապիաներով: Մարտկոցը` Հիբրիդային CFx լիթիում- արծաթ: Մատակարարվող էներգիայի առավելագույնը` 36Ջ. Կուտակված էներգիայի առավելագույնը` 42Ջ. Խթանման ռեժիմները` AAIR «-», AAI «-» VVIR, VVI, VOO, AAIR, AAI, AOO,</p>

ODO ; Հավաքածուն իր մեջ
ներառում է մեկ էլեկտրոդ և մեկ
ինտրոդյուսեր: Միջազգային
ISO13485 կամ CE MARK կամ FDA
որակի վկայականների
առկայություն: Պետք է լինի
կիրառելի կլինիկայում առկա
Medtronic ծրագրավորիչի հետ:
Անհրաժեշտ է սարքերիի
տեխնիկական և երաշխիքային
սպասարկում պայմանագրի ողջ
ընթացքում: Պայմանագրի
կատարման փուլում մատակարարը
ապրանքի մատակարարված
խմբաքանակի հետ պետք է
ներկայացնի ապրանքն
արտադրողից կամ վերջինիս
ներկայացուցչի կողմից տրված
երաշխիքային նամակ կամ
համապատասխանության
սերտիֆիկատ: Վաճառողը
պարտավոր է պայմանագրի
կատարման փուլում ներկայացնել
փաստաթղթային հավաստում, որ
ստորև որևէ կետի ի հայտ գալու
դեպքում կարող է ապահովել տվյալ
կետի իրականացումը և սեփական
միջոցների հաշվին իրականացնել
հետևյալ գործառույնները, ընդ որում

				<p>Գնորդը իրավունք ունի ստուգել ներկայացված տեղեկության իսկությունը հենց արտադրողի հետ:</p> <p>1.յուրաքանչյուր խոտանված ապրանքի կամ աշխատանքային ռեժիմի խախտման դեպքում Պատվիրատուից տրամադրված տեղեկությունը փոխանցել Արտադրողին, ստանալ այդ դեպքի համար արտադրողի բացատրությունը և ներկայացնել Գնորդին: Արտադրողը պարտավորվում է նաև իրականացնել առցանց ախտորոշում 2.արտադրական խոտանի դեպքում ապրանքը փոխարինել նորով, 3.արտադրողի կողմից ապրանքի որևէ խմբաքանակի (Գնորդին մատակարարած) հետ կանչի դեպքում այդ տեղեկությունը Գնորդին փոխանցել և հետ կանչված ապրանքները փոխարինել նորով, "</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Интермед Груп в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/4 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
60	Medtronic ICD VR MRI	Medtronic ICD VR MRI	ICD	Medtronic	<p>"Իմպլանտացվող միախոռոչանի կարդիովերտեր-դեֆիբրիլյատոր, ՄՌՏ համատեղելիությամբ:</p> <p>Կոնսեկտորի տիպը DF1/ DF4:</p> <p>Օժտված է փորոքների խթանումը կառավարող էքսկյուզիվ ռեժիմով (MVP) , ATP ""painfree"", Smart shock ֆունքցիաներով, նախասրտային թերապիաներով: Մարտկոցը՝ Հիբրիդային CFx լիթիում- արծաթ: Մատակարարվող էներգիայի առավելագույնը՝ 36Ջ. Կուտակված էներգիայի առավելագույնը՝ 42Ջ. Խթանման ռեժիմները՝ AAIR «-», AAI «-» VVIR, VVI, VOO, AAIR, AAI, AOO,</p>

ODO ; Հավաքածուն իր մեջ
ներառում է մեկ էլեկտրոդ և մեկ
ինտրոդյուսեր: Միջազգային
ISO13485 կամ CE MARK կամ FDA
որակի վկայականների
առկայություն: Պետք է լինի
կիրառելի կլինիկայում առկա
Medtronic ծրագրավորիչի հետ:
Անհրաժեշտ է սարքերիի
տեխնիկական և երաշխիքային
սպասարկում պայմանագրի ողջ
ընթացքում: Պայմանագրի
կատարման փուլում մատակարարը
ապրանքի մատակարարված
խմբաքանակի հետ պետք է
ներկայացնի ապրանքն
արտադրողից կամ վերջինիս
ներկայացուցչի կողմից տրված
երաշխիքային նամակ կամ
համապատասխանության
սերտիֆիկատ: Վաճառողը
պարտավոր է պայմանագրի
կատարման փուլում ներկայացնել
փաստաթղթային հավաստում, որ
ստորև որևէ կետի ի հայտ գալու
դեպքում կարող է ապահովել տվյալ
կետի իրականացումը և սեփական
միջոցների հաշվին իրականացնել
հետևյալ գործառույնները, ընդ որում

				<p>Գնորդը իրավունք ունի ստուգել ներկայացված տեղեկության իսկությունը հենց արտադրողի հետ:</p> <p>1.յուրաքանչյուր խոտանված ապրանքի կամ աշխատանքային ռեժիմի խախտման դեպքում Պատվիրատուից տրամադրված տեղեկությունը փոխանցել Արտադրողին, ստանալ այդ դեպքի համար արտադրողի բացատրությունը և ներկայացնել Գնորդին: Արտադրողը պարտավորվում է նաև իրականացնել առցանց ախտորոշում 2.արտադրական խոտանի դեպքում ապրանքը փոխարինել նորով, 3.արտադրողի կողմից ապրանքի որևէ խմբաքանակի (Գնորդին մատակարարած) հետ կանչի դեպքում այդ տեղեկությունը Գնորդին փոխանցել և հետ կանչված ապրանքները փոխարինել նորով, "</p>
--	--	--	--	---