

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ինտերմեդի Գրուպ ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/4 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
61	Medtronic CRTP MRI	Medtronic CRTP MRI	CRTP	Medtronic	<p>"Իմպլանտացվող եռախոռոչ/ ռեսինքրոնիզացնող կարդիոստիմուլյատոր, օժտված է էքսկլուզիվ RA, RV and LV Capture Management ալգորիթմով և ինքնակարգավորվելու հատկությամբ, ունի բլուրթուր անլար հեռաչափի հնարավորություն: Կոնսեկտորի տիպը 2xIS-1, 1xIS-4/ 3xIS-1: Չափերը՝ ոչ ավել քան 59մմx46,5մմ x11մմ: Մարտկոցի տիպը՝ լիթիում-արծաթ-վանադիլի օքսիդ: Խթանման ռեժիմները՝ (MVP): DDDR, AAI(R): MRI համատեղելի է: Հավաքածուն իր մեջ</p>

Նաև ներառում է երկու հատ
էլեկտրոդ, մեկ հատ ՄՌՏ
համատեղելի ձախ փորոքի
խթանման քառաբևեռ/երկբևեռ
էլեկտրոդ, մեկ առաքման
համակարգ՝ երկու կաթետրով,
երկու հատ ինտրոդյուսեր, 1 հատ
բալոն-կաթետեր՝ վենոգրաֆիայի
համար: Ունի քնի գործառույթ, VSP,
VRS համակարգեր: Միջազգային
ISO13485 կամ CE MARK կամ FDA
որակի վկայականների
առկայություն: Պետք է լինի
կիրառելի կլինիկայում առկա
Medtronic ծրագրավորիչի հետ:
Անհրաժեշտ է սարքերիի
տեխնիկական և երաշխիքային
սպասարկում պայմանագրի ողջ
ընթացքում: Պայմանագրի
կատարման փուլում մատակարարը
ապրանքի մատակարարված
խմբաքանակի հետ պետք է
ներկայացնի ապրանքն
արտադրողից կամ վերջինիս
ներկայացուցչի կողմից տրված
երաշխիքային նամակ կամ
համապատասխանության
սերտիֆիկատ: Վաճառողը
պարտավոր է պայմանագրի

կատարման փուլում ներկայացնել փաստաթղթային հավաստում, որ ստորև որևէ կետի ի հայտ գալու դեպքում կարող է ապահովել տվյալ կետի իրականացումը և սեփական միջոցների հաշվին իրականացնել հետևյալ գործառույթները, ընդ որում Գնորդը իրավունք ունի ստուգել ներկայացված տեղեկության իսկությունը հենց արտադրողի հետ:

1.յուրաքանչյուր խոտանված ապրանքի կամ աշխատանքային ռեժիմի խախտման դեպքում Պատվիրատուից տրամադրված տեղեկությունը փոխանցել Արտադրողին, ստանալ այդ դեպքի համար արտադրողի բացատրությունը և ներկայացնել Գնորդին: Արտադրողը պարտավորվում է նաև իրականացնել առցանց ախտորոշում 2.արտադրական խոտանի դեպքում ապրանքը փոխարինել նորով, 3.արտադրողի կողմից ապրանքի որևէ խմբաքանակի (Գնորդին մատակարարած) հետ կանչի դեպքում այդ տեղեկությունը Գնորդին փոխանցել և հետ կանչված

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Интермед Груп в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/4 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
61	Medtronic CRTP MRI	Medtronic CRTP MRI	CRTP	Medtronic	<p>"Իմպլանտացվող եռախոռոչ/ նեսինքրոնիզացնող կարդիոստիմուլյատոր, օժտված է էքսկլուզիվ RA, RV and LV Capture Management արգորիթմով և ինքնակարգավորվելու հատկությամբ, ունի բյուրոս անլար հեռաչափի հնարավորություն: Կոնսեկտորի տիպը 2xIS-1, 1xIS-4/ 3xIS-1: Չափերը՝ ոչ ավել քան 59մմx46,5մմ x11մմ: Մարտկոցի տիպը՝ լիթիում-արծաթ-վանադիլի օքսիդ: Խթանման ռեժիմները՝ (MVP): DDDR, AAI(R): MRI համատեղելի է: Հավաքածուն իր մեջ</p>

Նաև ներառում է երկու հատ
էլեկտրոդ, մեկ հատ ՄՌՏ
համատեղելի ձախ փորոքի
խթանման քառաբևեռ/երկբևեռ
էլեկտրոդ, մեկ առաքման
համակարգ՝ երկու կաթետրով,
երկու հատ ինտրոդյուսեր, 1 հատ
բալոն-կաթետեր՝ վենոգրաֆիայի
համար: Ունի քնի գործառույթ, VSP,
VRS համակարգեր: Միջազգային
ISO13485 կամ CE MARK կամ FDA
որակի վկայականների
առկայություն: Պետք է լինի
կիրառելի կլինիկայում առկա
Medtronic ծրագրավորիչի հետ:
Անհրաժեշտ է սարքերիի
տեխնիկական և երաշխիքային
սպասարկում պայմանագրի ողջ
ընթացքում: Պայմանագրի
կատարման փուլում մատակարարը
ապրանքի մատակարարված
խմբաքանակի հետ պետք է
ներկայացնի ապրանքն
արտադրողից կամ վերջինիս
ներկայացուցչի կողմից տրված
երաշխիքային նամակ կամ
համապատասխանության
սերտիֆիկատ: Վաճառողը
պարտավոր է պայմանագրի

կատարման փուլում ներկայացնել փաստաթղթային հավաստում, որ ստորև որևէ կետի ի հայտ գալու դեպքում կարող է ապահովել տվյալ կետի իրականացումը և սեփական միջոցների հաշվին իրականացնել հետևյալ գործառույթները, ընդ որում Գնորդը իրավունք ունի ստուգել ներկայացված տեղեկության իսկությունը հենց արտադրողի հետ:

1.յուրաքանչյուր խոտանված ապրանքի կամ աշխատանքային ռեժիմի խախտման դեպքում Պատվիրատուից տրամադրված տեղեկությունը փոխանցել Արտադրողին, ստանալ այդ դեպքի համար արտադրողի բացատրությունը և ներկայացնել Գնորդին: Արտադրողը պարտավորվում է նաև իրականացնել առցանց ախտորոշում 2.արտադրական խոտանի դեպքում ապրանքը փոխարինել նորով, 3.արտադրողի կողմից ապրանքի որևէ խմբաքանակի (Գնորդին մատակարարած) հետ կանչի դեպքում այդ տեղեկությունը Գնորդին փոխանցել և հետ կանչված

