

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԼԵՅԱ ՄԵԴ» ՍՊԸ -ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/16-4-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
89	Atropos SC , Hermes NC, Minerva SC , Achilles NC , Castor NC , Polux SC	Atropos SC , Hermes NC, Minerva SC , Achilles NC , Castor NC , Polux SC	Պերիֆերիալ դիլատացիոն կաթետեր` 0,035", 0.018", 0.014" ուղղորդիչ լարերի հ ամակարգով"-Atrop os SC , Hermes NC, Minerva SC , Achilles NC , Castor NC , Polux SC	BROSMED Medical co.LTD	Դիլատացիոն կաթետեր` ընդլայնվող գնդանոթով և չնդլայնվող գնդանոթով, կախված ցուցումից, պերիֆերիալ անոթների համար: Կաթետերի երկարությունը 70սմ-ից 150սմ սահմաններում: Մուտքի ծայրի տրամագիծը ոչ ավել` 0,035" ուղղորդիչի դեպքում 0,038", 0.018" ուղղորդիչի դեպքում` 0,020", 0.014" ուղղորդիչի դեպքում` 0,017": Կախված վիրահատվող անոթի տրամագծի չափից կաթետերի պահանջվող չափերն են ըստ երկարության` 0,035" ուղղորդիչի դեպքում 20-200մմ սահմաններում

ընդլայնվող գնդանոթի պարագայում  
և 20-150մմ սահմաններում,  
չընդլայնվող գնդանոթի  
պարագայում: 0.018" ուղղորդիչի  
դեպքում 5-200մմ սահմաններում  
ընդլայնվող գնդանոթի պարագայում  
և 10-150մմ սահմաններում  
չընդլայնվող գնդանոթի  
պարագայում: 0.014" ուղղորդիչի  
դեպքում 5-200մմ սահմաններում  
ընդլայնվող գնդանոթի պարագայում  
և 1,5-6մմ սահմաններում  
չընդլայնվող գնդանոթի  
պարագայում: Նոմինալ ճնշումը ոչ  
պակաս 6 ատմ., մաքսիմալ ճնշումը  
ոչ պակաս 14 ատմ. ընդլայնվող  
գնդանոթի պարագայում: Նոմինալ  
ճնշումը ոչ պակաս 12 ատմ.,  
մաքսիմալ ճնշումը ոչ պակաս 22  
ատմ. կախված տրամագծից  
չընդլայնվող գնդանոթի  
պարագայում: Կախված անոթի  
վնասված մասի չափից կաթետերի  
պահանջվող չափերն են ըստ  
տրամագծի՝ 0,035" ուղղորդիչի  
դեպքում 3-10մմ սահմաններում  
երկու դեպքում էլ (ընդլայնվող և  
չընդլայնվող կաթետեների  
դեպքում), 0.018" ուղղորդիչի

				<p>դեպքում 3-10մմ սահմաններում ընդլայնվող գնդանոթի պարագայում, և 2-8մմ սահմաններում՝ չընդլայնվող գնդանոթի պարագայում, 0.014” ուղղորդիչի դեպքում՝ 1,5-6մմ սահմաններում ընդլայնվող գնդանոթի պարագայում և 2-7մմ սահմաններում՝ չընդլայնվող գնդանոթի պարագայում: Բոլոր չափսերի թույլատրելի տատանումը <math>\pm 1\%</math>: Ֆորմատ՝ հատ: CE MARK որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Նոր է, չօգտագործված, գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ: Ներառում է տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները՝ գործարանային ձեռնարկի ձևով: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն:</p>
--	--	--	--	---



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПЗР-2025/16-4-БПРЗ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
89					