

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ինտերմեդի Գրուպ ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/5 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Medtronic ICD DR MRI	Medtronic ICD DR MRI	ICD	Medtronic	"Իմպլանտացվող երկխոռոչանի կարդիովերտեր-դեֆիբրիլյատոր, ՄՌՏ համատեղելիությամբ: Կոնսեկտորների տիպը` IS-1, DF4/DF1: Օժտված է փորոքների խթանումը կառավարող էքսկյուզիվ ռեժիմով (MVP) , ATP : Կարող է հայտնաբերել VT,/VF Մարտկոցի տիպը ` լիթիում-արծաթ-վանադիլի օքսիդ; Դեֆիբրիլացիայի և կարդիովերսիայի էներգիան ` 0,4-35 Ջ; Խթանման ռեժիմները` DDDR և DDD, DDIR և DDI, DOOVVIR և VVI,VOO, AAIR և AAI,AOO,MVP,ODO: Հավաքածուն իր մեջ ներառում է

Նաև երկու էլեկտրոդ և երկու ինտրոդյուսեր; Կախված պատվերից էլեկտրոդները կարող են լինել պասիվ կամ ակտիվ ֆիկսացիայի: Միջազգային ISO13485 կամ CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայություն: Պետք է լինի կիրառելի կլինիկայում առկա Medtronic ծրագրավորիչի հետ: Անհրաժեշտ է սարքերիի տեխնիկական և երաշխիքային սպասարկում պայմանագրի ողջ ընթացքում: Պայմանագրի կատարման փուլում մատակարարը ապրանքի մատակարարված խմբաքանակի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից տրված երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ: Վաճառողը պարտավոր է պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնել փաստաթղթային հավաստում, որ ստորև որևէ կետի ի հայտ գալու դեպքում կարող է ապահովել տվյալ կետի իրականացումը և սեփական միջոցների հաշվին իրականացնել

				<p>հետևյալ գործառույթները, ընդ որում Գնորդը իրավունք ունի ստուգել ներկայացված տեղեկության իսկությունը հենց արտադրողի հետ: 1.յուրաքանչյուր խոտանված ապրանքի կամ աշխատանքային ռեժիմի խախտման դեպքում Պատվիրատուից տրամադրված տեղեկությունը փոխանցել Արտադրողին, ստանալ այդ դեպքի համար արտադրողի բացատրությունը և ներկայացնել Գնորդին: Արտադրողը պարտավորվում է նաև իրականացնել առցանց ախտորոշում 2.արտադրական խոտանի դեպքում ապրանքը փոխարինել նորով, 3.արտադրողի կողմից ապրանքի որևէ խմբաքանակի (Գնորդին մատակարարած) հետ կանչի դեպքում այդ տեղեկությունը Գնորդին փոխանցել և հետ կանչված ապրանքները փոխարինել նորով, "</p>
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Интермед Груп в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/5 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	Medtronic ICD DR MRI	Medtronic ICD DR MRI	ICD	Medtronic	<p>"Իմպլանտացվող երկխոռոչանի կարդիովերտեր-դեֆիբրիլատոր, ՄՌՏ համատեղելիությամբ: Կոնսեկտորների տիպը՝ IS-1, DF4/DF1: Օժտված է փորոքների խթանումը կառավարող էքսկյուզիվ ռեժիմով (MVP) , ATP : Կարող է հայտնաբերել VT,/VF Մարտկոցի տիպը ` լիթիում-արծաթ-վանադիլի օքսիդ; Դեֆիբրիլացիայի և կարդիովերսիայի էներգիան ` 0,4-35 Ջ; Խթանման ռեժիմները՝ DDDR և DDD, DDIR և DDI, DOOVVIR և VVI,VOO, AAIR և AAI,AOO,MVP,ODO: Հավաքածուն իր մեջ ներառում է</p>

Նաև երկու էլեկտրոդ և երկու ինտրոդյուսեր; Կախված պատվերից էլեկտրոդները կարող են լինել պասիվ կամ ակտիվ ֆիկսացիայի: Միջազգային ISO13485 կամ CE MARK կամ FDA որակի վկայականների առկայություն: Պետք է լինի կիրառելի կլինիկայում առկա Medtronic ծրագրավորիչի հետ: Անհրաժեշտ է սարքերիի տեխնիկական և երաշխիքային սպասարկում պայմանագրի ողջ ընթացքում: Պայմանագրի կատարման փուլում մատակարարը ապրանքի մատակարարված խմբաքանակի հետ պետք է ներկայացնի ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչի կողմից տրված երաշխիքային նամակ կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ: Վաճառողը պարտավոր է պայմանագրի կատարման փուլում ներկայացնել փաստաթղթային հավաստում, որ ստորև որևէ կետի ի հայտ գալու դեպքում կարող է ապահովել տվյալ կետի իրականացումը և սեփական միջոցների հաշվին իրականացնել

				<p>հետևյալ գործառույթները, ընդ որում Գնորդը իրավունք ունի ստուգել ներկայացված տեղեկության իսկությունը հենց արտադրողի հետ: 1.յուրաքանչյուր խոտանված ապրանքի կամ աշխատանքային ռեժիմի խախտման դեպքում Պատվիրատուից տրամադրված տեղեկությունը փոխանցել Արտադրողին, ստանալ այդ դեպքի համար արտադրողի բացատրությունը և ներկայացնել Գնորդին: Արտադրողը պարտավորվում է նաև իրականացնել առցանց ախտորոշում 2.արտադրական խոտանի դեպքում ապրանքը փոխարինել նորով, 3.արտադրողի կողմից ապրանքի որևէ խմբաքանակի (Գնորդին մատակարարած) հետ կանչի դեպքում այդ տեղեկությունը Գնորդին փոխանցել և հետ կանչված ապրանքները փոխարինել նորով, "</p>
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------