

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՊՐՈՖՏԵՍՏ ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/4 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
83	ABBOTT	PRO	PRO	ABBOTT	<p>ABBOTTՍտենտի նյութը - կոբալտի-քրոմի համաձուլվացք, ստենտի ծածկը - Էվերոլիմուս արտազատող ծածկ: Ստենտի կառուցվածքը - լազերով կտրված կոբալտ-քրոմային գլան: 2.5-3.0 մմ տրամագծով ստենտը պետք է ունենա երեք կարճ և երեք երկար ամրակներ՝ միացած ոչ գծային կապով: 3.5 մմ-ոց ստենտը պետք ունենա երեք կարճ և վեց երկար ամրակներ՝ միացած ոչ գծային կապով: Ստենտի եզրային օղը պետք է ձևավորված լինի սիմետրիկ ամրակներով՝ բարելավելու ուղղորդիչ կաթետերի</p>

դուրսբերումը: Ստենտի պատերի հաստությունը - ոչ ավել քան 0.0032": Ստենտի երկայնաձիգ ճկունությունը պետք է լինի գերազանց: Ստենտը պետք է լինի ոչ ֆեռոմագնիսական և ունենա բարձր ճառագայթային ուժ: Մետաղական մակերեսի ընդարձակում - 13.3%-ի սահմաններում 3.0 մմ տրամագծի դեպքում: Անկախ լայնացման աստիճանից չպետք է գերազանցի ստենտի երկարության 5%: Բալոնի ճնշման ցուցանիշները - 8 մթն 2.5-2.75 մմ տրամագծի ստենտերի համար 10 մթն 3.0-3.5 մմ տրամագծի ստենտերի համար: Ստենտի բացման նոմինալ ճնշումը՝ 11 atm պայթման առավելագույն ճնշումը՝ 18 atm (բոլոր տրամագծի ստենտերի համար): Բալոնի նյութը - բազմաշերտ պեբաքս: Ուղղորդիչ կաթետերի ներքին նվազագույն տրամագիծը - 0.056 դյույմ կամ 1.4 մմ (բոլոր չափսի ստենտերի համար): Ստենտի դեղորայքային ծածկը պետք է բաղկացած լինի ակրիլային և ֆլուորո պոլիմերներից, որոնք օգտագործվում են են անոթային կարի համար

Նախատեսված թելերի արտադրությունում: Դեղանյութի կոնցենտրացիան ստենտի մակերեսին - 100 մկգ/սմ²: Ստենտը պետք է լինի գործարանային ստերիլ փաթեթավորմամբ որը պետք է տեղադրված լինի տուփի մեջ: Տուփի մեջ պարտադիր պետք է ներառված լինի ստենտի տեխնիկական ցուցանիշները, առանձնահատկությունները և օգտագործման կանոնները բնութագրող գործարանային ձեռնարկ: Կախված վիրահատվող անոթի տրամագծից ստենտի պահաջվող չափերն են ըստ տրամագծերի՝ - 2.5, 2.75, 3.0, 3.5 մմ: Ստենտի երկարությունը - 48 մմ: ISO13485, CE-MARK: Պատվիրատուի կողմից նշված վերջնական օգտագործողը իրավունք ունի վերադարձնել կամ փոխել ստացված չափը այլ չափսով՝ ըստ անհրաժեշտության: Վճարը կատարվում է ըստ փաստացի օգտագործված ապրանքի: Մատակարարը պարտավոր է մոնիտավորել մատակարարված ապրանքի պիտանելիության

					Ժամկետները եւ ժամանակին փոխարինել այն:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ПРОФТЕСТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БРЧ-БЦЦЦЦР-25/4 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
83					