

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՊՐՈՖՏԵՍՍ ՍՊԸ-ն ՄԲԿ-ԷԱԱՊԶԲ 2025-02 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
18	Vital կամ BAIN կամ Baxter	Vital կամ BAIN կամ Baxter	Vital կամ BAIN կամ Baxter	Vital Healthcare Sdn.Bhd կամ BAIN MEDICAL EQUIPMEN T(GUANGZHOU)CO., LTD կամ Baxter	"Novoline BL36R կամ Vital BLU023-E կամ համարժեք Արյունատար մագիստրալներ կամ արյան հոսքագծեր, որոնք կազմված են զարկերակային և երակային գծերից (ազարկերակ-անոթ լրակազմ, որոնք ունեն համապատասխան գունավորում՝ կարմիր, կապույտ): Չարկերակային և երակային մագիստրալների ճնշման չափման գծեր՝ հիդրոֆոբ ֆիլտրերով Չարկերային հատվածում օդաձուլակի առկայություն Չարկերակային հատվածում հեպարինիզացիայի համար

				<p>նախատեսված առանձին խողովակի առկայությունը իր փականով Երակի տվիչներին միացնող խողովակի արտաքին տրամագիծը ոչ պակաս քան 5.5մմ, երկարությունը ոչ պակաս 50սմ 2արկերակի տվիչներին միացնող խողովակի արտաքին տրամագիծը ոչ պակաս քան 4մմ, երկարությունը ոչ պակաս 40սմ Երակային գծի վերջում առկա է ստերիլ տոպրակ: Խողովակը փափուկ է, թափանցիկ, հարթ և չխճճվող ,ինչը ապահովում է լավ հոսքը խողովակների ներսում և պատրաստված լինի DEHP Free նյութից: Պոմպային հատվածի չափսերը՝ 8x12x350մմ, երակային օդածուղակի տրամագիծ 22մմ, լցման ծավալը 160մլ +/-10%, Պետք է միաժամանակ համապատասխանի Baxter/Gambro AK98 սարքերին Մանրէազերծման մեթոդը՝ գամմա ճառագայթամբ ISO 13485 և CE Mark սերտիֆիկատների առկայությունը պարտադիր է:"</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ПРОФТЕСТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UРЧ-ЕЦЦŦQР 2025-02 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
18					