

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Տիգրան Կուկայան-ն ՇՄԳԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/5 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	NEW AGE MEDISYS	NEW AGE MEDISYS	NEW AGE MEDISYS	NEW AGE MEDISYS	Հարթակի անցքերը պետք է նախատեսված լինեն 5,0 մմ արգելափակող պտուտակների և 4,5 մմ պտուտակների համար: Արտադրող կազմակերպությունը պետք է ունենա առնվազն ISO 9001:2015 հավաստագիր և առնազն ISO 13485:2016 հավաստագիր, Իմպլանտը պետք է ունենա CE հավաստագիր, մատակարարը պետք է ապահովի հարթակի տեղադրման համար գործիքակազմը :Հարթակը պետք է ունենա անհատական փաթեթավորում և ապրանքը բնութագրող պիտակ:

				<p>Պատվիրատուի պահանջով պետք է տրամադրվեն ստորև նշված հարթակներից մեկական ի պահ, իսկ օգտագործումից հետո պահանջի դեպքում մատակարարվի 24 ժամվա ընթացքում: Աջ` 8 անցք, 10 անցք, 12 անցք: Ձախ` 8 անցք, 10 անցք, 12 անցք: Շաղափի ուղղորդիչ նախատեսված 5.0 մմ արգելափակող պտուտակների անցքերի համար 4.3 մմ հաստությամբ շաղափի համար-1, 4.3 մմ հաստությամբ շաղափ-1, Ուժաչափով պտուտակահան 5.0մմ արգելափակող պտուտակների համար-1:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Тигран Купалян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 50904-ЕЦДЦ72Р-25/5 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
9	NEW AGE MEDISYS	NEW AGE MEDISYS	NEW AGE MEDISYS	NEW AGE MEDISYS	Отверстия платформы должны быть рассчитаны на стопорные винты диаметром 5,0 мм и винты диаметром 4,5 мм. Организация-производитель должна иметь сертификат не ниже ISO 9001:2015 и не ниже ISO 13485:2016, имплантат должен иметь сертификат CE, поставщик должен предоставить инструменты для установки платформы . Платформа должна быть индивидуальной. упаковка и этикетка с описанием продукта. По желанию заказчика одна из нижеперечисленных

					<p>платформ предоставляется на хранение и доставляется в течение 24 часов по запросу после использования. Справа: 8 отверстий, 10 отверстий, 12 отверстий. Слева: 8 отверстий, 10 отверстий, 12 отверстий.</p> <p>Направляющая для раствора для отверстий под блокирующие винты диаметром 5,0 мм для раствора толщиной 4,3 мм-1, раствора толщиной 4,3 мм-1, отвертка с усилением для блокирующих винтов толщиной 5,0 мм-1.</p>
--	--	--	--	--	---