

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Տիգրան Կուկայան-ն ՇՄԳԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/5 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
37	NEW AGE MEDISYS	NEW AGE MEDISYS	NEW AGE MEDISYS	NEW AGE MEDISYS	Հարթակի անցքերը պետք է նախատեսված լինեն 5,0 մմ արգելափակող պտուտակների և 4,5 մմ պտուտակների համար: Արտադրող կազմակերպությունը պետք է ունենա առնվազն ISO 9001:2015 հավաստագիր և առնազն ISO 13485:2016 հավաստագիր, Իմպլանտը պետք է ունենա CE հավաստագիր: Հարթակը պետք է ունենա անհատական փաթեթավորում և ապրանքը բնութագրող պիտակ: Պատվիրատուի պահանջով պետք է տրամադրվեն ստորև նշված

					հարթակներից մեկական ի պահ, իսկ օգտագործումից հետո պահանջի դեպքում մատակարարվի 24 ժամվա ընթացքում: 7 անցք, 8 անցք, 9 անցք, 10 անցք, 12 անցք, 14 անցք:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Тигран Купалян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 50404-ЕЦДЦ72Р-25/5 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
37	NEW AGE MEDISYS	NEW AGE MEDISYS	NEW AGE MEDISYS	NEW AGE MEDISYS	Отверстия платформы должны быть рассчитаны на стопорные винты диаметром 5,0 мм и винты диаметром 4,5 мм. Организация-производитель должна иметь сертификат как минимум ISO 9001:2015 и ISO 13485:2016, имплантат должен иметь сертификат CE. Платформа должна иметь индивидуальную упаковку и этикетку с описанием товара. По желанию заказчика одна из нижеперечисленных платформ предоставляется на хранение и доставляется в течение 24 часов по

					запросу после использования. 7 дырок, 8 дырок, 9 дырок, 10 дырок, 12 дырок, 14 дырок.
--	--	--	--	--	---