

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կվանտա ՍՊԸ-ն ՈԻԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/35 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի                 |                     |                        |  |
|--------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------|--|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը              | ապրանքային<br>նշանը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 7                  | Վիրաբուժական<br>թել ներծծվող N 2/0 | Լյուքսսչրս          | Լյուքսսչրս             | Թել ստերիլ վիրաբուժական, սինթետիկ, ներծծվող<br>հյուսված: Պետք է պատրաստված լինի<br>համապոլիմերից, որը բաղկացած է 90% գլիկոլիդից և<br>10% Լ-լակտիդից: Թելը պետք է պատված լինի<br>համապոլիմերից՝ բաղկացած գլիկոլիդի, լակտիդի և<br>կալցիումի ստեարատի խառնուրդից, ինչը հեշտացնում<br>է թելի անցումը հյուսվածքներով: Թելը պետք է ներկված<br>լինի կոնտրաստ գույնով վերքի մեջ լավագույն<br>վիզուալիզացիան ապահովելու համար: Թելի պատռման<br>ամրությունը IN VIVO պայմաններում 2 շաբաթից<br>75%±3%, 3 շաբաթից 50%±2%, 4 շաբաթից 25%±2%:<br>Ամբողջությամբ ներծծման ժամկետը 56-70 օր: Մետրիկ<br>չափը 3, պայմանական չափը 2/0: Թելի երկարությունը<br>90սմ ± 5սմ: Ասեղը պետք է պատրաստված լինի<br>կորոզիակայուն բարձր ամրության համաձուլվածքից, |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>պատված լինի կրկնակի սիլիկոնային շերտով, որը նպաստում է ասեղի և հյուսվածքների միջև շփման նվազեցմանը և հեշտացնում է ասեղի անցումը հյուսվածքներով: Համաձուլվածքի որակը չպետք է զիջի AISI դասակարգումով 301 սերիայի համաձուլվածքի որակին: Ասեղը պետք է ունենա այնպիսի կառուցվածք /հատուկ երկայնական ակոսիկներ ասեղնաբռնիչով բռնելու մասում/, որի շնորհիվ վստահելի ֆիքսվում է ասեղնաբռնիչի մեջ: Ասեղ կտրող ուժեղացված, 1/2 կորության, 30-36մմ երկարությամբ: Փաթեթավորումը պետք է ապահովի հասանելիություն ներքին ներդիրին մեկ շարժումով՝ թելի հետ աշխատելիս խնայելով ժամանակ բուժ անձնակազմի համար: Ստերիլ կարանյութով ներքին ներդիրը պետք է պարունակի մակնշում, որն արձարծում է կարանյութի անվանումը, բաղադրությունը, ապրանքային նշանը, արտադրողի ապրանքանշանը, արտադրողի անվանումը, մատրիցային կոդ, թելի պայմանական և մետրիկ չափը, գույնը, երկարությունը, թելերի քանակը, ասեղի երկարությունը, ասեղի տեսակը, կորությունը, ասեղների քանակը: Պիտանելիության ժամկետը, պարտիայի համարը, ասեղի տեսքը բնական չափերով, ստերիլության և ստերիլիզացման մեթոդի վերաբերյալ մակնշում: Ամեն տուփը պետք է պարունակի բժշկական կիրառման ուղեցույց: Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ: և LuxSutures կամ համարժեք Orion, Katsan, Lotus արտադրողները:</p> |
|--|--|--|--|---|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Кванта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ПГЦЧ-ЕЦДЦЦЦР-25/35 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар                       |               |                            |  |
|------------|--|---------------|----------------------------|--|
|            | фирменное наименование                   | товарный знак | наименование производителя | технические характеристики   |
| 7          | Хирургическая нить рассасывающаяся N 2/0 | Люкссучрс     | Люкссучрс                  | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся. Должна быть изготовлена из сополимера, состоящего из 90 % гликолида и 10 % L-лактида. Нить должна быть покрыта сополимером, состоящим из смеси гликолида, лактида и стеарата кальция, что облегчает прохождение нити через ткани. Нить должна быть окрашена контрастно для лучшей визуализации IN VIVO 75%±3% через 3 недели 25%±2% через 4 недели Полное время резорбции 56-70 День: Метрический размер 3, обычный размер 2/0 Длина нити 90 см ± 5 см. Игла должна быть изготовлена из коррозионностойкого сплава, покрыта двойным слоем силикона, что способствует уменьшению контакта иглы с тканями и облегчает прохождение иглы через ткани. Игла должна иметь |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | <p>такое строение (специальные продольные канавки в иглодержателе), чтобы она надежно фиксировалась в иглодержателе. Резак иглы усиленный, длиной 30-36 мм, что экономит время медицинского персонала.</p> <p>Внутренний вкладыш со стерильным шовным материалом. должен содержать маркировка, в которой указаны наименование шовного материала, состав, торговая марка, торговая марка производителя, матричный код, размер условной и метрической нити, цвет, длина, количество нитей, длина иглы, игла тип, количество игл, срок годности, номер партии, внешний вид иглы в натуральную величину, маркировка о стерильности и методе стерилизации. содержать руководство по медицинскому применению.</p> <p>Продукт должен иметь сертификат качества. На момент поставки срок годности продукта должен быть не менее 50%. n LuxSutures или эквивалентные производители Orion, Katsan, Lotus.</p> |
|--|--|--|---|