

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կվանտա ՍՊԸ-ն ՈԻԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/35 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
10	Վիրաբուժական թել ներծծվող N 5/0	Լյուքսսչրս	Լյուքսսչրս	<p>Թել ստերիլ վիրաբուժական, սինթետիկ, ներծծվող հյուսված: Պետք է պատրաստված լինի համապոլիմերից, որը բաղկացած է 90% գլիկոլիդից և 10% Լ-լակտիդից: Թելը պետք է պատված լինի համապոլիմերից՝ բաղկացած գլիկոլիդի, լակտիդի և կալցիումի ստեարատի խառնուրդից, ինչը հեշտացնում է թելի անցումը հյուսվածքներով: Թելը պետք է ներկված լինի կոնտրաստ գույնով վերքի մեջ լավագույն վիզուալիզացիան ապահովելու համար: Թելի պատռման ամրությունը IN VIVO պայմաններում 2 շաբաթից 75%±3%, 3 շաբաթից 50%±2%, 4 շաբաթից 25%±2%: Ամբողջությամբ ներծծման ժամկետը 56-70 օր: պայմանական չափը 5/0: Թելի երկարությունը 90սմ ± 5սմ: Ասեղը պետք է պատրաստված լինի կորոզիակայուն բարձր ամրության համաձուլվածքից,</p>

				<p>պատված լինիկրկնակի սիլիկոնային շերտով, որը նպաստում է ասեղի և հյուսվածքների միջև շփման նվազեցմանը և հեշտացնում է ասեղի անցումը հյուսվածքներով: Համաձուլվածքի որակը չպետք է զիջի AISI դասակարգումով 420 սերիայի համաձուլվածքի որակին: Ասեղը պետք է ունենա այնպիսի կառուցվածք /հատուկ երկայնական ակոսիկներ ասեղնաբռնիչով բռնելու մասում/, որի շնորհիվ վստահելի ֆիքսվում է ասեղնաբռնիչի մեջ: Ասեղը ծակող ուժեղացված, 1/2 կորության, 22մմ±1մմ երկարությամբ: Փաթեթավորումը պետք է ապահովի հասանելիություն ներքին ներդիրին մեկ շարժումով՝ թելի հետ աշխատելիս խնայելով ժամանակ բուժ անձնակազմի համար: Ստերիլ կարանյութով ներքին ներդիրը պետք է պարունակի մակնշում, որն արձարծում է կարանյութի անվանումը, բաղադրությունը, ապրանքային նշանը, արտադրողի ապրանքանշանը, արտադրողի անվանումը, մատրիցային կոդ, թելի պայմանական և մետրիկ չափը, գույնը, երկարությունը, թելերի քանակը, ասեղի երկարությունը, ասեղի տեսակը, կորությունը, ասեղների քանակը: Պիտանելիության ժամկետը, պարտիայի համարը, ասեղի տեսքը բնական չափերով, ստերիլության և ստերիլիզացման մեթոդի վերաբերյալ մակնշում: Ամեն տուփը պետք է պարունակի բժշկական կիրառման ուղեցույց: LuxSutures կամ համարժեք Orion, Katsan, Lotus</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Кванта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ПГЦЧ-ЕЦДЦПДР-25/35 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
10	Хирургическая нить рассасывающаяся N 5/0	Люкссучрс	Люкссучрс	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся. Должна быть изготовлена из сополимера, состоящего из 90 % гликолида и 10 % L-лактида. Нить должна быть покрыта сополимером, состоящим из смеси гликолида, лактида и стеарата кальция, что облегчает прохождение нити через ткани. Нить должна быть контрастно окрашена для лучшей визуализации IN VIVO 75%±3% через 3 недели 25%±2% через 4 недели Полное время резорбции 56-70 дней: стандартный размер 5/0 Длина нити 90см±5см. изготовлен из коррозионностойкого высокопрочного сплава, покрыт двойным слоем силикона, что способствует уменьшению контакта иглы с тканями и облегчает прохождение иглы через ткани. Игла должна иметь конструкцию (специальные

			<p>продольные канавки в иглодержателе), надежно фиксирующую иглу. Игла усиленная, кривизна 1/2, длина 22мм±1мм, экономящая время медицинского персонала. Внутренний вкладыш со стерильным шовным материалом должен содержаться.</p> <p>маркировка, в которой указаны наименование шовного материала, состав, торговая марка, торговая марка производителя, матричный код, размер условной и метрической нити, цвет, длина, количество нитей, длина иглы, игла тип, количество игл, срок годности, номер партии, внешний вид иглы в натуральную величину, маркировка о стерильности и методе стерилизации. содержат руководство по медицинскому применению: LuxSutures или эквивалент Orion, Katsan, Lotus</p>
--	--	--	---