

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կվանտա ՍՊԸ-ն ՈԻԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/35 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
11	Վիրաբուժական թել չներծծվող պոլիէթեր 2/0	Լյուքսփեթ	Լյուքսսչրս	<p>Թել ստերիլ վիրաբուժական, հյուսված, չներծծվող: Պատրաստված է պոլիէթերից: Թելը պետք է ներկված լինի կոնտրաստ գույնով, որը հնարավորություն է տալիս ապահովել մաքսիմալ տեսանելիություն վերջի մեջ: պայմանական չափը 2/0: Թելի երկարությունը 75սմ ± 5սմ: Ասեղը պետք է պատրաստված լինի կորոզիակայուն բարձր ամրության համաձուլվածքից, պատված լինի սիլիկոնի կրկնակի շերտով, որը նպաստում է ասեղի և հյուսվածքների միջև շփման նվազեցմանը՝ հեշտացնելով ասեղի անցումը հյուսվածքներով: Ասեղը պետք է պատրաստված լինի բարձրորակ բժշկական չժանգոտվող համաձուլվածքից, ավելի կայուն պետք է լինի անդառնալի դեֆորմացիայի նկատմամբ քան սովորական չժանգոտվող մետաղից ասեղը, որը հնարավորություն է տալիս չփոխել ասեղը</p>

				<p>վիրահատության ժամանակ՝ բարձրացնելով վերահսկողությունը ասեղի նկատմամբ և նվազեցնելով հյուսվածքների տրավմատիզացիան: Համաձուլվածքի որակը չպետք է գիջի AISI դասակարգումով 300 սերիայի համաձուլվածքի որակին: Ասեղը պետք է ունենա այնպիսի կառուցվածք /երկայնական ակոսիկներ ասեղնաբռնիչով բռնելու մասում/, որի շնորհիվ վստահելի ֆիքսվում է ասեղնաբռնիչի մեջ: Ասեղները ծակող,կրկնակի, կորությունը 1/2 , 2*25 մմ±1մմ երկարությամբ, տրամագիծը՝ 0,68մմ: Փաթեթավորումը պետք է ապահովի հասանելիություն ներքին ներդիրին մեկ շարժումով՝ թելի հետ աշխատելիս խնայելով ժամանակ բուժ անձնակազմի համար: Ստերիլ կարանյութով ներքին ներդիրը պետք է պարունակի մակնշում, որն արձարծում է կարանյութի անվանումը, բաղադրությունը, ապրանքային նշանը, արտադրողի ապրանքանշանը, արտադրողի անվանումը, մատրիցային կոդ, թելի պայմանական և մետրիկ չափը, գույնը, երկարությունը, թելերի քանակը, ասեղի երկարությունը, ասեղի տեսակը, կորությունը, ասեղների քանակը: Պիտանելիության ժամկետը, պարտիայի համարը, ասեղի տեսքը բնական չափերով, ստերիլության և ստերիլիզացման մեթոդի վերաբերյալ մակնշում: Ամեն տուփը պետք է պարունակի բժշկական կիրառման ուղեցույց: LuxSutures կամ համարժեք BBrown,Resorba , Medtoronic</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Кванта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ПГЦЧ-ЕЦДЦПДР-25/35 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
11	Хирургическая нить нерассасывающийся полиэстер 2/0	люкспет	Люкссучрс	Хирургический шовный материал, нерассасывающийся. Нить должна быть окрашена в контрастный цвет. Обычный размер 75см ± 5см. Нить должна быть изготовлена из высокопрочного сплава, покрыта двойным слоем силикона, чему способствует игла. и снижение трения между тканями, облегчающее прохождение иглы через травматизацию тканей. Качество сплава не должно уступать классификации AISI 300 серии. к качеству сплава. Игла должна иметь такое строение (продольные канавки в игольчатом захвате), чтобы она надежно фиксировалась в игольчатом захвате доступом к внутренней вставке одним движением, экономя время медицинского персонала при работе с нитью. Стерильная шовная вставка должна содержать

				<p>этикетку с указанием названия нити, состава, товарного знака, товарного знака производителя, наименования производителя, матричного кода, размера обычной и метрической нити, цвета, длины, количества нитей, длины иглы, типа иглы, кривизны, количества нитей. Срок годности игл, номер партии, внешний вид иглы в натуральную величину, стерильность и стерилизация. Маркировка метода: Каждая коробка должна содержать инструкции по медицинскому применению: LuxSutures или эквивалент BBrown, Medtoronic.</p>
--	--	--	--	--