

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կվանտա ՍՊԸ-ն ՈԻԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/35 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
12	Վիրաբուժ ական թել չներծծվող Նայլոն N 8/0, 9/0"	Լյուքսամիդ	Լյուքսսչրս	Թել ստերիլ վիրաբուժական, չներծծվող, Նայլոն: Թելը պետք է ներկված լինի կոնտրաստ գույնով, որը հնարավորություն է տալիս ապահովել մաքսիմալ տեսանելիություն վերքի մեջ: Մետրիկ չափը 1, պայմանական չափը 8/0 կամ 9/0 ըստ պատվիրատուի պահանջի : Թելի երկարությունը 15սմ ± 1սմ: Ասեղը պետք է պատրաստված լինի կորոզիակայուն բարձր ամրության համաձուլվածքից, պատված լինի սիլիկոնով, որը նպաստում է ասեղի և հյուսվածքների միջև շփման նվազեցմանը՝ հեշտացնելով ասեղի անցումը հյուսվածքներով: Ասեղը պետք է պատրաստված լինի բարձրորակ բժշկական չժանգոտվող համաձուլվածքից, ավելի կայուն պետք է լինի անդառնալի դեֆորմացիայի նկատմամբ քան սովորական չժանգոտվող մետաղից ասեղը, որը հնարավորություն է տալիս չփոխել ասեղը

			<p>վիրահատության ժամանակ՝ բարձրացնելով վերահսկողությունը ասեղի նկատմամբ և նվազեցնելով հյուսվածքների տրավմատիզացիան: Համաձուլվածքի որակը չպետք է գիջի AISI դասակարգումով 300 սերիայի համաձուլվածքի որակին: Ասեղը պետք է ունենա այնպիսի կառուցվածք /երկայնական ակոսիկներ ասեղնաբռնիչով բռնելու մասում և կլորացված եզրերով մարմին/, որի շնորհիվ բարձրանում է ասեղի կայունությունը ասեղնաբռնիչի մեջ: Ասեղը կտրող, կորությունը 3/8 , 5.1մմ երկարությամբ:</p> <p>Փաթեթավորումը պետք է ապահովի հասանելիությունները ին ներդիրին մեկ շարժումով՝ թելի հետ աշխատելիս խնայելով ժամանակ բուժ անձնակազմի համար: Ստերիլ կարանյութով ներքին ներդիրը պետք է պարունակի մակնշում, որն արձարծում է կարանյութի անվանումը, բաղադրությունը, ապրանքային նշանը, արտադրողի ապրանքանշանը, արտադրողի անվանումը, մատրիցային կոդ, թելի պայմանական և մետրիկ չափը, գույնը, երկարությունը, թելերի քանակը, ասեղի երկարությունը, ասեղի տեսակը, կորությունը, ասեղների քանակը: Պիտանելիության ժամկետը, պարտիայի համարը, ասեղի տեսքը բնական չափերով, ստերիլության և ստերիլիզացման մեթոդի վերաբերյալ մակնշում: Ամեն տուփը պետք է պարունակի բժշկական կիրառման ուղեցույց: Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ: LuxSutures կամ համարժեք Bbroun, Resorba</p>
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Кванта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ПЦЧ-ЕЦДЦПР-25/35 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
12	Нить хирургическая нерассасывающаяся нейлоновая N 8/0, 9/0"	люксаמיד	Люкссучрс	Нить стерильная хирургическая, нерассасывающаяся, нейлоновая. быть окрашены в контрастный цвет, что возможно обеспечивая максимальную видимость раны. Метрический размер 1, обычный размер 8/0 или 9/0 в зависимости от По желанию заказчика: длина нити 15см±1см. Игла должна быть изготовлена с высокой устойчивостью к коррозии. из прочного сплава, покрытого силиконом, который помогает уменьшить контакт между иглой и тканями, облегчение прохождения иглы через ткани. Игла должна быть изготовлена из высококачественной медицинской нержавеющей стали. сплава, тем более стабильным должен быть необратимый деформация, чем обычная нержавеющая сталь металлическая игла, что позволяет не менять иглу во время операции,

			<p>повышение контроля к игле и сокращающимся тканям травматизация. Качество сплава не должно уступать AISI. классифицируется как сплав серии 300. Игла должна иметь такую структуру/продольные канавки с иглой в рукоятке и корпусом с закругленными краями/, за счет чего повышается устойчивость иглы в иглодержателе. Иглорез, кривизна 3/8, 5,1 мм. в длину. Упаковка должна обеспечивать доступ к внутренней вставке одним движением с резьбой экономия времени медицинского персонала во время работы. Внутренний вкладыш со стерильным шовным материалом должен содержать этикетка, на которой описано название шовного материала, состав, торговая марка, производитель торговая марка, название производителя, матричный код, Размер обычной и метрической резьбы, цвет, длина, количество ниток, длина иглы, тип иглы, кривизна, количество игл, срок годности, номер партии, внешний вид иглы в натуральную величину, маркировка о стерильности и методе стерилизации. Каждая коробка должна содержать медицинское заявление. Принцип: Товар должен быть качественным. Сертификат: Должен иметься при доставке. оставшийся срок годности не менее 50%. LuxSutures или эквивалент Bbroun, Resorba</p>
--	--	--	---