

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դելտա ՍՊԸ-ն ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/17 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
55	Urea col	Urea col	Urea col	Delta LTD	Միզանյութ /կոլորոմետրիկ/: Արյան մեջ միզանյութի որոշման թեստ հավաքածո: Կոլորոմետրիկ Մեթոդ: Ներառում է կալիբրատոր: Մեթոդ կոլորոմետրիկ եղանակով: 1մլ = 1հատ : Սրվակների պարունակությունը լինի միայն լուծույթ: Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ պակաս քան 200 թեստ և ոչ ավել քան 400 թեստ:Ըստ պատվիրատուի պահանջի: /1 հատ=1 մլ/: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի

				<p>ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակը՝ ISO13485 կամ GOST P ICO 13485 կամ համարժեք:</p>
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧРЧ-ЕЦДԱՊՁԲ-25/17 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
55	Urea col	Urea col	Urea col	Delta LTD	Միզանյութ /կոլորոմետրիկ/: Արյան մեջ միզանյութի որոշման թեստ հավաքածո: Կոլորոմետրիկ Մեթոդ: Ներառում է կալիբրատոր: Մեթոդ կոլորոմետրիկ եղանակով: 1մլ = 1հատ : Սրվակների պարունակությունը լինի միայն լուծույթ: Մեկ ռեագենտի հավաքածույուն թեստերի քանակը ոչ պակաս քան 200 թեստ և ոչ ավել քան 400 թեստ:Ըստ պատվիրատուի պահանջի: /1 հատ=1 մլ/: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի

				<p>ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակը՝ ISO13485 կամ GOST P ICO 13485 կամ համարժեք:</p>
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------