

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեյտա ՍՊԸ-ն ԻՀԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/01 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
10	CMV-FL	CMV-FL	CMV-FL	Федеральное бюджетное учреждение науки «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии	"Հավաքածուն նախատեսված է արյան մեջ իրական ժամանակում ցիտոմեգալովիրուսի ԴՆԹ-ի որակական հայտնաբերման համար ՊՇՌ եղանակով: Ռեագենտները պետք է լինեն անմիջականորեն օգտագործման համար պատրաստի վիճակում: Հավաքածուն պետք է ներառի ներքին ստուգիչ, դրական և բացասական ստուգիչներ: Հավաքածուն պետք է ներառի 0.01 մլ տարողությամբ փորձանոթներ 110 հատ: Հավաքածուի ֆորմատը ոչ ավել քան 120 թեստ: Ռեագենտները

				Роспотребнадзора)	պետք է լինեն անմիջականորեն օգտագործման համար պատրաստի վիճակում: Ձեռնարկում պետք է պարունակվի icycler IQ, iQ5 (Bio-Rad), RotorGene սարքերի ծրագրավորման մեթոդը: ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: "
--	--	--	--	-------------------	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԻՀԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/01 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
10	CMV-FL	CMV-FL	CMV-FL	<p>Федеральное бюджетное учреждение науки «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии</p>	<p>"Հավաքածուն նախատեսված է արյան մեջ իրական ժամանակում ցիտոմեգալովիրուսի ԴՆԹ-ի որակական հայտնաբերման համար ՊՇՌ եղանակով: Ռեագենտները պետք է լինեն անմիջականորեն օգտագործման համար պատրաստի վիճակում: Հավաքածուն պետք է ներառի ներքին ստուգիչ, դրական և բացասական ստուգիչներ: Հավաքածուն պետք է ներառի 0.01 մլ տարողությամբ փորձանոթներ 110 հատ: Հավաքածուի ֆորմատը ոչ ավել քան 120 թեստ: Ռեագենտները</p>

				Роспотребнадзора)	պետք է լինեն անմիջականորեն օգտագործման համար պատրաստի վիճակում: Ձեռնարկում պետք է պարունակվի icycler IQ, iQ5 (Bio-Rad), RotorGene սարքերի ծրագրավորման մեթոդը: ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: "
--	--	--	--	-------------------	--