

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԱՐՈՒՄՅԱԿ ԱՐՉՈՒՄԱՆՅԱՆ ՌԱՖԻԿ» ԱԶ-ն ՈՒԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/35 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
51	Էլեկտրոդիրաբուժական թիթեղ	Disposabale Nrutral Electrode	Jinhua Huacheng Medical Appliance Co., Ltd.	Հաղորդիչը պետք է լինի Այլումին/PET + հիդրոգել կամ համարժեք: Պետք է անցած լինի կենսահամատեղելիության թեստավորում: Ընդհանուր մակերեսը 215սմ քառակուսի $\pm 10\%$: Հաղորդիչ մակերեսը պետք է լինի առնվազն 122սմ քառակուսի: Դիմադրությունը 200ma/800 kHz պայմաններում պետք է լինի առավելագույնը 5 Օհմ: Հաղորդունակությունը պետք է լինի առնվազն 0.2 MHos. Պետք է անցաց լինի հեղուկի տոլերանտության թեստ: Լարի երկարությունը պետք է լինի առնվազն 270 սմ: Պետք է լինի Latexfree: Թիթեղի հաղորդալարերի գլխիկը պետք է լինի համապատասխան հետևյալ սարքավորումների համար՝ Aspenlabs excalibur, Erbe 300ICC, Valleylab SSE2L, 1B, Force 30

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Арусяк Арзуманян Рафик в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ПЦЧ-ЕЦДЦТДР-25/35
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
51				