

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ԻՀԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/01 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
13	АмплиСенс® EBV-скрин/монитор-FL	АмплиСенс	R-V9-100-S	ЦНИИ Эпидемиологии	Հավաքածուն նախատեսված է արյան մեջ իրական ժամանակում Էպշտեյն-Բարր վիրուսի ԴՆԹ-ի որակական հայտնաբերման համար ՊՇՌ եղանակով: Ռեագենտները անմիջականորեն օգտագործման համար պատրաստի վիճակում են: Հավաքածուն ներառում է ներքին ստուգիչ, դրական և բացասական ստուգիչներ: Ռեագենտները անմիջականորեն օգտագործման համար պատրաստի վիճակում են: Ֆորմատ 110 Ձեռնարկում պարունակվում է icycler IQ, iQ5 (Bio-Rad), RotorGene սարքերի

					ծրագրավորման մեթոդը: ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին:
--	--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом  $\text{H}\text{Z}\text{U}\text{C}\text{-}\text{E}\text{U}\text{X}\text{U}\text{M}\text{Q}\text{P}\text{-}2025/01$  ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
13					