

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Թեոֆարմա ՍՊԸ-ն ՍՄԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/4 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	Արյունատար գիծ	Արյունատար գիծ	Արյունատար գիծ	WEGO Blood Purification Business Group / Bain Medical Equipment (Gaungzhou) Co	Արյան հոսքագիծ զարկերակ-երակ լրակազմ, հավելյալ փոխներարկման համակարգի պարունակության, պոմպային հատվածի ներքին տրամագիծը 8մմ, լցման ծավալը 161մլ +20%, երակային օդաձուլակի տրամագիծ 22մմ: Գործող Dialog + սարքի հետ համատեղելի: ISO 13485 և CE(93/42/EEC) կամ FDA որակի վկայականների առկայությունը պարտադիր է: Տվյալ չափաբաժնի համար ընդունելի են միայն B/Braun, Baxter կամ Bain ապրանքանիշերը: Հանձնման պահին պիտանելիության

					մնացորդային ժամկետը առնվազը 12 ամիս:
--	--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Թեղախրմի ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UUQPЧ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/4 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
9					