

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՌՈՍԱ ՍՊԸ-ն ԻՀԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/01 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	РеалБест ДНК ВГВ количественный	Вектор - Бест	РеалБест ДНК ВГВ количественный	АО «Вектор - Бест»	Հավաքածուն նախատեսված է արյան պլազմայի մեջ իրական ժամանակում հեպատիտ Բ-ի վիրուսի քանակի որոշման համար ՊՇՌ եղանակով: Ռեագենտները պետք է լինեն անմիջականորեն օգտագործման համար պատրաստի վիճակում, Հավաքածուն պետք է ներառի ներքին ստուգիչ, բացասական ստուգիչ, առնվազն 2 դրական ստուգիչ և ստանդարտներ, առանց նուկլեազաների ջուր ՊՇՌ համար: Վիրուսի քանակի որոշման ստորին սահմանը 100 ՄՄ/մլ, վերին սահմանը՝ 100մլն ՄՄ/մլ կամ բարձր:

					<p>Ֆորմատ` 48 թեստ: Ձեռնարկում պետք է պարունակվի RotorGene-Q սարքի ծրագրավորման մեթոդը: Ներառյալ ԴՆԹ անջատման հավաքածուն: ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին:</p>
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО УПС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ИЭЧ-ЕЧДЧПФ-2025/01 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3					