

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՎԻՈԼԱ ՍՊԸ-ն ԳՍԳՆՊ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/07 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|----------|------------------------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 27 | URIT 11G | URIT 11G | URIT 11G | Urit Medical Electronic Co. Ltd | Urine Strip, Ստրիպ մեզի անալիզատորի՝ նախատեսված CL-50 սարքի համար: Ախտորոշող թեստ ստրիպային համակարգ՝ ոչ պակաս քան 10 պարամետր: Մեզի մեջ (լեյկոցիտների, կետոնների, նիտրիտների, ուրոբիլինոգենի, բիլիրուբինի, սպիտակուլցի, գլյուկոզի, տեսակարար կշռի, արյան, pH): Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «ВИОЛА» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 40457-1040729-25/07 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 27 | | | | | |