

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՄ ՄԵԴԻԶԸ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ԳՀԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ 2025/4 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
61	Թեստ-երիզներ Կոնտուր Պլուս (Contour Plus)	Contour Plus	Contour Plus	ASCENSIA Diabetes Care	Թեստ-երիզներ՝ նախատեսված Contour Plus գլյուկոմետրի համար : Չափման ժամանակահատվածը՝ 5 վրկ : Չափման միջակայքը՝ 0.6 --3.3 մմոլ/լ : Արյան նմուշի ծավալը՝0,6մկլ : Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 5-45°C : Պահպանման ջերմաստիճան՝ 0-30°C : Աշխատանքային հարաբերական խոնավություն՝ 10%-93% : Հեմատոկրիտի թույլատրելի միջակայքը՝0-70% : Գործառնական բարձրություն՝ ծովի մակարդակից մինչև 6301մ : Արյան ծավալի անբավարարության դեպքում 30վ.

				<p>ընթացքում արյուն ավելացնելու երկրորդ հնարավորություն (Second chance): Թեստ-երիզների ժամկետը չի փոխվում՝ անկախ տուփի բացման պայմանից: Համակարգը համապատասխանում է ISO 15197:2013, ISO 13485:2012 չափորոշիչների պահանջներին: Տվյալ համակարգը համապատասխանում է եվրոպական դիրեկտիվի 98/79/EC IVD չափորոշիչներին:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «АМ МЕДИКАЛ ГРУП» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 9204-ЕЦДЦ72Р 2025/4
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
61					