

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ-ն ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/11 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի                                      |                             |                             |                             |   |
|--------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը                                   | ապրանքային<br>նշանը         | մակնիշը                     | արտադրողի<br>անվանումը      | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 12                 | Cardinal Health /<br>Cordis Selution SLR<br>MedAlliance | Selution SLR<br>MedAlliance | Selution SLR<br>MedAlliance | Cardinal Health /<br>Cordis | Բալոնային կատետեր պատված Սիրոլիմուս դեղով, չափաբաժինը՝ 1 մկգ/մմ <sup>2</sup> : Ունի ռենտգեն կոնտրաստային 2 մարկեր, համատեղելիություն 0,014" ուղղորդչի հետ, 5F և 6F կաթետր ուղղորդիչների հետ, շափթի աշխատանքային երկարությունը 140 սմ, շավթի տրամագիծը՝ 1.9 Fr (0.63մմ), ծայրի պրոֆիլը՝ 0,016", նոմինալ ճնշումը՝ 6 atm., առավելագույն ճնշումը՝ 12 atm.: Տրամագծերը՝ 1,50; 2.00; 2,25; 2,50; 2,75; 3.00; 3,25; 3.50; 3,75; 4.00; 4,50; 5.00 մմ, երկարությունը |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>առնվազն 7 չափ բոլոր տրամագծերի համար, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 10մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 40մմ: Արտադրական խոտանի դեպքում վաճառողը պարտավոր է իր սեփական միջոցների հաշվին ապրանքը փոխարինել նորով: Ապրանքի փոխարինումը պետք է իրականացվի երկու ամսվա ընթացքում:</p> |
|--|--|--|--|--|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Ар-Медика в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧРЧ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/11 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар                                     |                            |                            |                             |   |
|------------|--|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|---|
|            | фирменное наименование                                 | товарный знак              | марка                      | наименование производителя  | технические характеристики  |
| 12         | Cardinal Health /<br>Cordis Selution SLR<br>MedAliance | Selution SLR<br>MedAliance | Selution SLR<br>MedAliance | Cardinal Health /<br>Cordis | Բալոնային կատետեր պատված Սիրոլիմուս դեղով, չափաբաժինը՝ 1 մկգ/մմ <sup>2</sup> : Ունի ռենտգեն կոնտրաստային 2 մարկեր, համատեղելիություն 0,014" ուղղորդչի հետ, 5F և 6F կաթետր ուղղորդիչների հետ, շափթի աշխատանքային երկարությունը 140 սմ, շավթի տրամագիծը՝ 1.9 Fr (0.63մմ), ծայրի պրոֆիլը՝ 0,016", նոմինալ ճնշումը՝ 6 atm., առավելագույն ճնշումը՝ 12 atm.: Տրամագծերը՝ 1,50; 2.00; 2,25; 2,50; 2,75; 3.00; 3,25; 3.50; 3,75; 4.00; 4,50; 5.00 մմ, երկարությունը |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>առնվազն 7 չափ բոլոր տրամագծերի համար, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 10մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 40մմ: Արտադրական խոտանի դեպքում վաճառողը պարտավոր է իր սեփական միջոցների հաշվին ապրանքը փոխարինել նորով: Ապրանքի փոխարինումը պետք է իրականացվի երկու ամսվա ընթացքում:</p> |
|--|--|--|--|--|