

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ-ն ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/28 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|--|
| | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 33 | Բոստոն Սայենտիֆիկ OTW | Բոստոն Սայենտիֆիկ OTW | Բոստոն Սայենտիֆիկ | <p>Սրտանոթային դիլատացիոն բալոնային կաթետր ռենտգենկոնտրաստ նշանակիրով, հիդրոֆիլիկ ծածկույթով, OTW տիպի, կաթետրի աշխատանքային երկարությունը 145սմ: Բալոնի չափսերը՝ -1,20; 1,50; 2,00; 2,25 և 2,50մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 4 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 8մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 20մմ: Վաճառողը պարտավոր է սեփական միջոցների հաշվին իրականացնել հետևյալ գործառույթները. Յուրաքանչյուր խտանված ապրանքի դեպքում Պատվիրատուից տրամադրված տեղեկությունը փոխանցել Արտադրողին, ստանալ այդ դեպքի համար արտադրողի բացատրությունը և ներկայացնել Գնորդին: Ընդ որում Գնորդը իրավունք ունի ստուգել ներկայացված</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>տեղեկության իսկությունը հենց արտադրողի հետ: Արտադրական խոտանի դեպքում ապրանքը փոխարինել սորով: Արտադրողի կողմից ապրանքի որևէ խմբաքանակի (Գնորդին մատակարարած) հետ կանչի դեպքում այդ տեղեկությունը Գնորդին փոխանցել և հետ կանչված ապրանքները փոխարինել սորով: Ապրանքի փոխարինումը պետք է իրականացվի երկու ամսվա ընթացքում:</p> |
|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Ар-Медика в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом LUFC-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/28 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | |
|------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|---|
| | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 33 | Բոստոն Սայենտիֆիկ ՕՏՎ | Բոստոն Սայենտիֆիկ ՕՏՎ | Բոստոն Սայենտիֆիկ | <p>Սրտանոթային դիլատացիոն բալոնային կաթետր ռենտգենկոնտրաստ նշանակիրով, հիդրոֆիլիկ ծածկույթով, ՕՏՎ տիպի, կաթետրի աշխատանքային երկարությունը 145սմ: Բալոնի չափսերը՝ -1,20; 1,50; 2,00; 2,25 և 2,50մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 4 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 8մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 20մմ: Վաճառողը պարտավոր է սեփական միջոցների հաշվին իրականացնել հետևյալ գործառույթները. Յուրաքանչյուր խոտանված ապրանքի դեպքում Պատվիրատուից տրամադրված տեղեկությունը փոխանցել Արտադրողին, ստանալ այդ դեպքի համար արտադրողի բացատրությունը և ներկայացնել Գնորդին: Ընդ որում Գնորդը իրավունք ունի ստուգել ներկայացված</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>տեղեկության իսկությունը հենց արտադրողի հետ: Արտադրական խոտանի դեպքում ապրանքը փոխարինել սորով: Արտադրողի կողմից ապրանքի որևէ խմբաքանակի (Գնորդին մատակարարած) հետ կանչի դեպքում այդ տեղեկությունը Գնորդին փոխանցել և հետ կանչված ապրանքները փոխարինել սորով: Ապրանքի փոխարինումը պետք է իրականացվի երկու ամսվա ընթացքում:</p> |
|--|--|--|--|--|