

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ-ն ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/28 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
81	Ստենտ դեղապատ Synergy XD	Ստենտ դեղապատ Synergy XD	Բոստոն Սայենտիֆիկ	Կորոնար դեղապատ ստենտ, նյութը քրոմի-պլատինիումի համաձուլվածք պոլիմերային ծածկույթով, դեղանյութը՝ Էվերոլիմուս, դեղաչափը՝ 1μg/մմ ² , կոնստրուկցիան՝ լազերով կտրված հիպոխոլոլակ, ճաղերի հաստությունը՝ 81μm, ճաղերի լայնքը՝ 94μm, կատարելագործված առաքման համակարգով՝ 144սմ երկարությամբ, ցածր մուտքային պրոֆիլ՝ 0,44մմ, ինչը ապահովում է անոթների վնասված և նեղ հատվածներով հեշտ անցումը, հետդիլատացիան 3,50մմ՝ 2,25-2,75 ստենտերի համար; 4,25մմ՝ 3,00-3,50մմ ստենտերի համար; 5,75մմ՝ 4,00մմ ստենտերի համար: Ստենտի չափերը՝ -2,25մմ տրամագծի համար երկարությունները՝ առնվազն 8 չափ, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 8մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 38մմ: -2,50մմ, 2,75մմ,

				<p>3,00մմ, 3,50մմ և 4,00մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 9 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 8մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 48մմ: Ապրանքի մատակարարման փուլում Վաճառողը պետք է տրամադրի արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, ավտորիզացիոն(երաշխիքային-լիազոր) նամակ, ծագման սերտիֆիկատ:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Ар-Медика в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом LUFC-ELXU72F-25/28 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
81	Ստենտ դեղապատ Synergy XD	Ստենտ դեղապատ Synergy XD	Բոստոն Սայենտիֆիկ	Կորոնար դեղապատ ստենտ, նյութը քրոմի-պլատինիումի համաձուլվածք պոլիմերային ծածկույթով, դեղանյութը՝ Էվերոլիմուս, դեղաչափը՝ 1μg/մմ ² , կոնստրուկցիան՝ լազերով կտրված հիպոխոլովակ, ճաղերի հաստությունը՝ 81μm, ճաղերի լայնքը՝ 94μm, կատարելագործված առաքման համակարգով՝ 144սմ երկարությամբ, ցածր մուտքային պրոֆիլ՝ 0,44մմ, ինչը ապահովում է անոթների վնասված և նեղ հատվածներով հեշտ անցումը, հետդիլատացիան 3,50մմ՝ 2,25-2,75 ստենտերի համար; 4,25մմ՝ 3,00-3,50մմ ստենտերի համար; 5,75մմ՝ 4,00մմ ստենտերի համար: Ստենտի չափերը՝ -2,25մմ տրամագծի համար երկարությունները՝ առնվազն 8 չափ, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 8մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 38մմ: -2,50մմ, 2,75մմ,

				<p>3,00մմ, 3,50մմ և 4,00մմ տրամագծերի համար երկարությունները՝ առնվազն 9 չափ յուրաքանչյուր տրամագծի համար, ընդ որում ամենակարճը՝ ոչ ավել քան 8մմ, ամենաերկարը՝ ոչ պակաս քան 48մմ: Ապրանքի մատակարարման փուլում Վաճառողը պետք է տրամադրի արտադրողի կողմից ներկայացվող համապատասխանության հավաստագիր, ավտորիզացիոն(երաշխիքային-լիազոր) նամակ, ծագման սերտիֆիկատ:</p>
--	--	--	--	---