

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅ.ԷՍ.ՖԱՐՄԱ-ն ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/28 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
25	OptiTorque/Outlook	.	Terumo	Ախտորոշիչ կաթետր, նյութը նեյլոն-պոլիուրետան, ունի չվնասող ռենտգենկոնտրաստ դիստալ ծայր, մաքսիմալ ճնշումը 1000-1200psi, համատեղելի 0.038" տրամագծով ուղղորդիչի հետ, չափսերը 4fr` 1,40մմ տրամագծով, 5fr` 1,70մմ տրամագծով, և 6fr` 2,00մմ տրամագծով, երկարությունները ըստ համապատասխան ձևերի 100սմ-ից մինչև 110սմ ներառյալ, կաթետերի ծայրի ձևերը` JL; JR; TIG; AL; IM; PIG; Cobra: Վաճառողը պարտավոր է սեփական միջոցների հաշվին իրականացնել հետևյալ գործառույթները. Յուրաքանչյուր խոտանված ապրանքի դեպքում Պատվիրատուից տրամադրված տեղեկությունը փոխանցել Արտադրողին, ստանալ այդ դեպքի համար արտադրողի բացատրությունը և ներկայացնել Գնորդին: Ընդ որում Գնորդը իրավունք ունի ստուգել ներկայացված

				<p>տեղեկության իսկությունը հենց արտադրողի հետ: Արտադրական խոտանի դեպքում ապրանքը փոխարինել սորով: Արտադրողի կողմից ապրանքի որևէ խմբաքանակի (Գնորդին մատակարարած) հետ կանչի դեպքում այդ տեղեկությունը Գնորդին փոխանցել և հետ կանչված ապրանքները փոխարինել սորով: Ապրանքի փոխարինումը պետք է իրականացվի երկու ամսվա ընթացքում:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙ.ЭС.ФАРМА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2024-10-01-029-25/28 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
25	OptiTorque/Outlook	.	Terumo	Диагностический катетр, материал нейлон-полиуретан, имеет не повреждающий рентгеноконтрастный дистальный кончик, максимальное давление 1000-1200psi, совместим с проводником 0,038", размеры: 4фр с диаметром 0,40мм, 5фр с диаметром 1,70мм и 6фр с диаметром 2,00мм, длина по соответствующим формам от 100см до 110см включительно, формы кончика катетра: JL; JR; TIG; AL; IM; PIG; Cobra: Продавец обязан за свой счет осуществить следующие действия: В каждом случае бракованного товара передать информацию, предоставленную Заказчиком, производителю, получить объяснение производителя по данному случаю и представить это Покупателю. При этом Покупатель вправе проверить достоверность

				<p>представленной информации у производителя. В случае производственного брака заменить товар на новый. В случае отзыва производителем какой-либо партии продукции (поставляемой Покупателю) передать эту информацию Покупателю и заменить отозванную продукцию на новую. Замена товара должна осуществляться в течении двух месяцев.</p>
--	--	--	--	---