

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅ.ԷՍ.ՖԱՐՄԱ-ն ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/28 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
26	GLIDECATH	.	Terumo	Ախտորոշիչ կաթետր, նյութը նեյլոն-պոլիուրետան հիդրոֆիլիկ ծածկույթով, ունի չվնասող ռենտգենկոնտրաստ դիստալ ծայր, մաքսիմալ ճնշումը 750-1000psi, համատեղելի 0.038" տրամագծով ուղղորդիչի հետ, չափսերը 4fr` 1,03մմ ներքին տրամագծով, 5fr` 1,10մմ ներքին տրամագծով, երկարությունները ըստ համապատասխան ձևերի 65սմ-ից մինչև 120սմ ներառյալ, կաթետրի ծայրի ձևերը` Strait; JL; Cobra; Multipurpose: Վաճառողը պարտավոր է սեփական միջոցների հաշվին իրականացնել հետևյալ գործառույթները. Յուրաքանչյուր խոտանված ապրանքի դեպքում Պատվիրատուից տրամադրված տեղեկությունը փոխանցել Արտադրողին, ստանալ այդ դեպքի համար արտադրողի բացատրությունը և ներկայացնել Գնորդին: Ընդ որում Գնորդը իրավունք

				<p>ունի ստուգել ներկայացված տեղեկության իսկությունը հենց արտադրողի հետ: Արտադրական խոտանի դեպքում ապրանքը փոխարինել նորով: Արտադրողի կողմից ապրանքի որևէ խմբաքանակի (Գնորդին մատակարարած) հետ կանչի դեպքում այդ տեղեկությունը Գնորդին փոխանցել և հետ կանչված ապրանքները փոխարինել նորով: Ապրանքի փոխարինումը պետք է իրականացվի երկու ամսվա ընթացքում:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЙ.ЭС.ФАРМА в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2025-08-01/02-25/28 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
26	GLIDECATH	.	Terumo	Диагностический катетр, материал нейлон-полиуретан с гидрофильным покрытием, имеет не повреждающий рентгеноконтрастный дистальный кончик, максимальное давление 750-1000psi, совместим с проводником 0,038", размеры: 4фр с внутренним диаметром 1,03мм и 5фр с внутренним диаметром 1,10мм, длина по соответствующим формам от 65см до 120см включительно, формы кончика катетра: Strait; JL; Cobra; Multipurpose: Продавец обязан за свой счет осуществить следующие действия: В каждом случае бракованного товара передать информацию, предоставленную Заказчиком, производителю, получить объяснение производителя по данному случаю и представить это Покупателю. При этом Покупатель вправе проверить достоверность

				<p>представленной информации у производителя. В случае производственного брака заменить товар на новый. В случае отзыва производителем какой-либо партии продукции (поставляемой Покупателю) передать эту информацию Покупателю и заменить отозванную продукцию на новую. Замена товара должна осуществляться в течении двух месяцев.</p>
--	--	--	--	---