

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ֆրեզեն ՍՊԸ-ն ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/20 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------|------------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | RONTIS | RONTIS | FA204C/FV204E | RONTIS | Արյունատար մագիստրալներ (գարկերակ-անոթ լրակազմ): Պոմպային հատվածի ներքին տրամագիծը 8 մմ, երակային օդածուղակի տրամագիծը 22 մմ, լցման ծավալը 160մլ, մանրեազերծման մեթոդը՝ ճառագայթմամբ մանրեազերծում, չի պարունակում լատեքս: ISO և CE սերտիֆիկատներն առկա են: Գործող Fresenius Medikal Care 4008S սարքին համապատասխան: |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ֆրեզեն ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/20 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|---------------|----------------------------|--|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | RONTIS | RONTIS | FA204C/FV204E | RONTIS | Արյունատար մագիստրալներ (գարկերակ-անոթ լրակազմ): Պոմպային հատվածի ներքին տրամագիծը 8 մմ, երակային օդածուղակի տրամագիծը 22 մմ, լցման ծավալը 160մլ, մանրեագերծման մեթոդը՝ ճառագայթմամբ մանրեագերծում, չի պարունակում լատեքս: ISO և CE սերտիֆիկատներն առկա են: Գործող Fresenius Medikal Care 4008S սարքին համապատասխան: |