

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Ռիտա Գասպարյան -ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/9 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
138	Վիրաբուժական թել չներծծվող պոլիպրոպիլեն	Վիրաբուժական թել չներծծվող պոլիպրոպիլեն	Վիրաբուժական թել չներծծվող պոլիպրոպիլեն	Շան Հայ սան Շոր	Թել ստերիլ վիրաբուժական, չներծծվող, մոնոֆիլամենտ: Պատրաստված է պոլիպրոպիլենից: Բաղկացած է պոլիպրոպիլենի իզոտակտիկ բյուրեղային ստերեոիզոմերից՝ սիսթեմիկ գծային պոլիոլեֆինից: Թելը պետք է ներկված լինի կոնտրաստ գույնով, որը հնարավորություն է տալիս ապահովել մաքսիմալ տեսանելիություն վերքի մեջ: Թելի երկարությունը 70սմ ± 5սմ: Ասեղը պետք է պատրաստված լինի կորոզիակայուն բարձր ամրության համաձուլվածքից, պատված լինի

սիլիկոնի կրկնակի շերտով, որը  
նպաստում է ասեղի և  
հյուսվածքների միջև շփման  
նվազեցմանը՝ հեշտացնելով ասեղի  
անցումը հյուսվածքներով: Ասեղը  
պետք է պատրաստված լինի  
բարձրորակ բժշկական չժանգոտվող  
համաձուլվածքից, ավելի կայուն  
պետք է լինի անդառնալի  
դեֆորմացիայի նկատմամբ քան  
սովորական չժանգոտվող մետաղից  
ասեղը, որը հնարավորություն է  
տալիս չփոխել ասեղը  
վիրահատության ժամանակ՝  
բարձրացնելով վերահսկողությունը  
ասեղի նկատմամբ և նվազեցնելով  
հյուսվածքների տրավմատիզացիան:  
Համաձուլվածքի որակը չպետք է  
զիջի AISI դասակարգումով 302(420)  
սերիայի համաձուլվածքի որակին:  
Ասեղը պետք է ունենա այնպիսի  
կառուցվածք /երկայնական  
ակոսիկներ ասեղնաբռնիչով բռնելու  
մասում/, որի շնորհիվ վստահելի  
ֆիքսվում է ասեղնաբռնիչի մեջ:  
Ասեղները ծակող կամ կտրող ըստ  
պատվիրատուի պահանջի :  
Փաթեթավորումը պետք է ապահովի  
հասանելիություն ներքին ներդիրին

մեկ շարժումով՝ թելի հետ աշխատելիս ինսայելով ժամանակ բուժ անձնակազմի համար: Ստերիլ կարանյութով ներքին ներդիրը պետք է պարունակի մակնշում, որն արձարծում է կարանյութի անվանումը, բաղադրությունը, ապրանքային նշանը, արտադրողի ապրանքանշանը, արտադրողի անվանումը, մատրիցային կոդ, թելի պայմանական և մետրիկ չափը, գույնը, երկարությունը, թելերի քանակը, ասեղի երկարությունը, ասեղի տեսակը, կորությունը, ասեղների քանակը:

Պիտանելիության ժամկետը, պարտիայի համարը, ասեղի տեսքը բնական չափերով, ստերիլության և ստերիլիզացման մեթոդի վերաբերյալ մակնշում: Ամեն տուփը պետք է պարունակի բժշկական կիրառման ուղեցույց: Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: Ապրանքը հանձնելու պահին պետք է ունենա առնվազն 50 % մնացորդային պիտանելիության ժամկետ: Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենա որակի սերտիֆիկատ: Հանձնելու պահին

				<p>մնացորդային պիտանելիության ժամկետը՝ մինչև 1 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 75% , 1-2 տարի պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելիության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն՝ 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն:Պայմանական չափսերը՝ N1-37-40mm, N0-37-40mm, N2.0-36mm, N3.0-26mm, N4.0- 16-20mm, N5.0-17mm,ըստ պատվիրատուի պահանջի:ORION,Ethicon(Jonson &amp; Jonson),Covidien կամ համարժեքը:</p>
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ИП Рита Гаспарян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР94-ЕЦΔЦ72Р-25/9 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
138					