

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Անալիզ-Մեդ ՍՊԸ-ն ԷԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/15 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
31	APTT որոշման տեստ հավաքածու	APTT որոշման տեստ հավաքածու	APTT որոշման տեստ հավաքածու	Diagon-Հունգարիա	Ակտիվացված մասնակի թրոմբոպլաստինային ծամանակի որոշման թեստ-հավաքածու , նախատեսված Urit 600 լաբորատոր անալիզատորի համար բաց համակարգ: Ֆորմատ8*2մլ/320թեստ/ ռեագենտ,պետք է պարունակի CaCl 2 լուծույթ: Ստուգիչ նմուշ-պլազմա :Ֆիրմային նշանի առկայություն:Սերտիֆիկատ ISO13485 :Պահպանման պայմանները 2-8C, For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պարտավոր է կատարել

					կոագուլումենտի ծրագրավորում և ընթացիկ տեխսպասարկում սերտիֆիկացված մասնագետի միջոցով
--	--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Անալիզ-Մեդ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕРԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/15 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
31					